



MEMORANDO SEI Nº 0018807056/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 20 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018803104), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Parecer
77	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS	Unidade	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao exigido no edital, anexou ficha técnica do produto ofertado indicando que este possui 2 conectores luer lock e um luer slip, porém, o edital exige todos os conectores luer lock; em análise ao registro do produto na Anvisa, verificamos que este é referente a diversos modelos. Desta forma,

	<p>DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%</p>					<p>questionamos: 1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?</p> <p>Caso a empresa confirme que o item ofertado possui todos os conectores luer-lock, a proposta está aprovada e apta a apresentar amostras.</p>
--	---	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 20/10/2023, às 08:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018807056** e o código CRC **E6CDB75A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018807056v3