



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 363/2021

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para punção, infusão e monitoração para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal São José.

Recebido em 09 de novembro de 2021 às 17h00min (documento SEI 0011001299).

1º Questionamento: *"Item 73 - A tampa solicitado no edital é a luer lock?"*

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Secretaria de Saúde, área de cadastro de materiais, a qual informou que o item é Luer Lock macho/fêmea;

2º Questionamento: *"Item 75 - Poderá ser ofertado em policarbonato? A mesma será utilizada em bomba infusora?"*

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Secretaria de Saúde, área de cadastro de materiais, a qual informou que sim, poderá ser ofertado produto em policarbonato, visto que possui eficiência equivalente a produtos em poliamida; salientamos que o item deve atender a todas as demais características exigidas no edital. Em relação a aplicação, o item em questão será adquirido para uso especificamente no serviço de hemodinâmica do Hospital Municipal São José, para a administração de contraste e também, medicações com o uso de bombas de infusão.

3º Questionamento: *"Item 76 - Qual seria a pressão exercida na torneirinha? A mesma será utilizada em bomba infusora?"*

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Secretaria de Saúde, área de cadastro de materiais, a qual informou que o item será submetido em inúmeras situações de altas pressões, na assistência direta aos pacientes atendidos em toda a rede municipal, na administração de medicamentos intravenosos de formas diversas, inclusive com o uso de bombas infusoras. Desta forma, exige-se que o material possua resistência a altas pressões, a fim de garantir-se a correta assistência aos usuários.

Rodemar Arquiles Comelli
Pregoeiro - Portaria nº 323/2021



Documento assinado eletronicamente por **Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a) Público(a)**, em 12/11/2021, às 12:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011043199** e o código CRC **2AB8ECE1**.



Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.120037-0

0011043199v3