

MEMORANDO SEI N° 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de novembro de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.

**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Encaminhamos as informações acerca das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
4	917389 - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0023609137
13	33091 - CREME PROTETOR BARREIRA	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0023609395
15	910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0023537690
25	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA	KORAL HOSPITALAR LTDA	Conforme documento SEI nº 0023609141, a amostra apresentada não atende a alta absorção descrita e solicitada. A amostra apresentou alta saturação da cobertura em pouco tempo em contato com a lesão, aumentando extensão da ferida por mantê-la úmida em excesso, sem transferência adequada. Foi aplicado o produto em 2 lesões de exsudação baixa a moderada, não apresentando saturação adequada ou transferência correta para cobertura secundária. <b>Amostra reprovada.</b>

35	13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA	Conforme documento SEI nº 0023609132, a amostra não apresenta-se impermeável, baixa adesividade, descolamento prematura da pele. O produto é de fácil aplicação, porém, apresentou descolamento da pele em 48 hs de uso, mesmo sendo protegido da umidade externa. <b>Amostra reprovada.</b>
----	--	--	--

As demais amostras permanecem em análise e os pareceres serão encaminhados posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 21/11/2024, às 08:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023609398** e o código CRC **CACE8C40**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.182965-7

0023609398v3

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 04

917389 - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOCAO RESTAURADORA DE EPITELIOS COMPOSTO POR TRIGLICERIDEOS DE ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LAURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A/E. ARMAZENADO EM FRASCO COM 200 ML, SEGURO E RESISTENTE , BICO TIPO ALMOTOLIA, TAMPA DE FACIL MANUSEIO E BOA VEDACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, RESP. TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: DERMABEN MODELO/VERSÃO: MAYBEN

LOTE: 014123

REGISTRO (ANVISA): Regulado como cosmético

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: como descrito, boa vedação bico

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: sim

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: como na descrição, fácil aplicação

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: atende descrito

DATA: 07/11/24

Sheylla A. R. Caseltato  
Enfermeira - COREN 800987 - SC

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024.

ITEM: 13

33091 - CREME PROTETOR BARREIRA CREME BARREIRA CONCENTRADO, INDICADO PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO DA PELE CONTRA MACERAÇÃO E IRRITAÇÃO POR EFLUENTES DE ESTOMAS E INCONTINÊNCIAS, À BASE DE UMECTANTES E EMOLIENTES OU ATIVOS COMPATÍVEIS QUE GARANTA A INDICAÇÃO DO PRODUTO, PH BALANCEADO, SEM FRAGRÂNCIA, FÓRMULA HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, DISPOSTO EM TUBO OU BISNAGA COM NO MÍNIMO 28 G. PRODUTO SEGURO PARA USO EM PELE INTACTA OU DANIFICADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

FORNECEDOR: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Marca: HIDRALIV

LOTE: 240902T

REGISTRO (ANVISA): 80225209003

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_


Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 18/11/2024

  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Evanilde Kayser  
Enfermeira  
Coren/SC 195511

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024.

ITEM: 15

910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM TAMANHO MÍNIMO 5 X 5 CM, FIBRAS DE ALGINATO MACIAS, FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.P

FORNECEDOR: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: PHARMAPLAST

LOTE: 15B23

REGISTRO (ANVISA): 81606090044

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 11 / 11 / 2024

*Enf. Aline R. Lopes*  
COREN-SP 197881  
11-OPMP/SP/11  
**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024  
ITEM: 25

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: KORAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: FIBROSOL AG / PHARMAPLAST MODELO / REFERÊNCIA: FIBAG 1010

LOTE: (10)15F24

REGISTRO (ANVISA): 80327910015

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: Adequada, de fácil aplicação e visualização  
produto bem acondicionado

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: não atende à alta absorção descrita e solicitada

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: apresentou alta saturação da cobertura em pouco tempo em contato com a lesão, aumentando extensão da ferida por mantê-la úmida em excesso, sem transferência adequada.

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: Aplicar o produto em 2 níveis de exsudação baixa a moderada, não apresentando saturação adequada ou transferência excessiva para cobertura secundária.

DATA: 05/11/24

Andrena Soares Seer  
**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

Andrena Soares Seer  
Enfermeira  
COREN/SC 440275

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 35

13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA

MARCA: VITA MEDICAL

LOTE: 20220923

REGISTRO (ANVISA): 80691910026

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: adequada, fácil visualização do produto, acondicionamento adequado.

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: não apresenta-se impermeável, baixa aderência, descolamento prematuro da pele.

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: produto de fácil aplicação porém apresentou descolamento da pele em 48hs de uso, mesmo sendo protegido da umidade externa.

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: baixa aderência, descolamento da pele íntegra e lesionada em 48hs após aplicação, não demonstrou impermeabilidade

DATA: 05 / 11 / 24

Andrena Soares Seer  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Andrena Soares Seer  
COREN/SC 440275