

MEMORANDO SEI Nº 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 23 de fevereiro de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção à Convocação 0020183285, referente aos itens 6, 7, 10 e 15, informamos que as amostras foram recebidas e testadas pelas equipes técnicas do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue Parecer Técnico:

| Item | Material/Serviço | Fornecedor | Marca | Parecer Técnico |
|------|--|---|----------|---|
| 6 | 5164 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml , com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão. | DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS LTDA | FIRSTLAB | APROVADO Parecer técnico 0020264293 |
| 7 | 5163 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão. | DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS LTDA | FIRSTLAB | APROVADO Parecer técnico 0020264338 |

| | | | | |
|----|---|---|----------|---|
| 10 | 5167 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão. | DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS LTDA | FIRSTLAB | APROVADO Parecer técnico 0020264381 |
| 15 | 18800 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | CRAL | APROVADO Parecer técnico 0020264438 |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 23/02/2024, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020263666** e o código CRC **41BD0314**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020263666v7


PARECER TÉCNICO Nº 04/2024


Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml**
Quantidade Enviada: 100
Marca: FIRSTLAB Setor Avaliador: COLETA E CONTROLE DE QUALIDADE
Lote: 2868.0007.23
Validade: 01/2025 Período da Avaliação: FEV/2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?
 SIM NÃO
 2. A tampa veda bem?
 SIM NÃO NÃO SE APLICA
 3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?
 SIM NÃO NÃO SE APLICA
 4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?
 SIM NÃO NÃO SE APLICA
 5. Boa visualização do material?
 SIM NÃO
 6. É de material resistente?
 SIM NÃO
 7. Boa segurança no manuseio?
 SIM NÃO
- Avaliação:** APROVADO
 REPROVADO


Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143


Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE
CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412

PARECER TÉCNICO Nº 05/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml**
Quantidade Enviada: 100
Marca: FIRSTLAB Setor Avaliador: COLETA E CONTROLE QUALIDADE
Lote: 2555.0005.23
Validade: 11/2024 Período da Avaliação: FEV/2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela o vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?

SIM () NÃO

2. A tampa veda bem?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

5. Boa visualização do material?

SIM () NÃO

6. É de material resistente?

SIM () NÃO

Avaliação: APROVADO

() REPROVADO

7. Boa segurança no manuseio?

SIM () NÃO



Michelle Regine Anversí Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143



Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064



Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA

Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412

Laboratório Municipal de Joinville

Rua Itajaí 268, Centro, Joinville-SC, 89201-090

Contato: (47) 3489-7050 / 3489-7060 / 3489-7070

www.joinville.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO Nº 06/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml**
Quantidade Enviada: 100 unidades
Marca: FIRSTLAB
Lote: 2656.0005.23
Validade: 11/2024
Setor Avaliador: Coleta e Hematologia e Controle de Qualidade
Período da Avaliação: FEV/2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?

SIM NÃO

2. A tampa veda bem?

SIM NÃO NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

SIM NÃO NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

SIM NÃO NÃO SE APLICA

5. Boa visualização do material?

SIM NÃO

6. É de material resistente?


SIM NÃO


7. Boa segurança no manuseio?


SIM NÃO


Avaliação: APROVADO

REPROVADO


Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143


Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064


Tássia Regina Selinke
Analista Clínico – CRF/SC 6122
Matrícula 56.504


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412

Parecer Técnico Nº 09/2024

Material: Descartador de Perfurocortantes

Quantidade Enviada: 1 unidade

Marca: Vaccuplast

Lote : 01042023

Validade: Indeterminada

Setor Avaliador: Coleta

Período da Avaliação: Fevereiro/2024

1. As características físicas do recipiente estão de acordo com o padrão ? () SIM () NÃO

Confeccionado em plástico rígido, impermeável, resistente a perfurações. Constituído por: coletor propriamente dito, tampa, bocal com sobretampa. 7 L. Cor amarela, identificação com símbolo de infectante.

2. A tampa veda bem ? (X) SIM () NÃO

3. Tamanho da boca do recipiente facilita o ato de desprezar o material perfurocortante?

(X) SIM () NÃO

4. Recipiente tem marca para orientar o volume máximo de preenchimento?

(X) SIM () NÃO

5. Boa visualização do material? (X) SIM () NÃO () Não se aplica

6. É de material resistente? (X) SIM () NÃO

7. Boa segurança no manuseio? (X) SIM () NÃO

8. Contem alça para transporte? (X) SIM () NÃO

9. Contem o símbolo de material infectante? (X) SIM () NÃO

10. Após o travamento da tampa de segurança, esta se mantém travada?

(X) SIM () NÃO

Avaliação: (X) **Aprovado**

() **Reprovado**



Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143



CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Responsável Técnico – CRF 8600
Matrícula 40.412