

MEMORANDO SEI Nº 30777155/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 441/2026 e Portal de Compras do Governo Federal nº 5/2026.

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30772934 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de site (print de tela)	Parecer
	46786 - CAMA HOSPITALAR ADULTO - COM LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM POLIURETANO INJETADO, POLIPROPILENO OU FIBERGLASS; - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, SENDO DUAS COM FREIOS DIAGONALMENTE; - COM EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS						Na ficha técnica apresentada,	Análise prévia: para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem meramente ilustrativa" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado.

1	EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS POSSIBILITANDO AS SEGUINTE POSIÇÕES NO MÍNIMO: FOWLER, TRENDELEMBURG OU ELEVÇÃO DO LEITO E ELEVÇÃO DE CABECEIRA; - COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA; - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (C X L X A): 190 CM X 78 CM X 60 CM; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 12 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	LEVITA MODELO: LV 100PU	De acordo	80970290004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	o modelo LV 100 PU está descrito "com capacidade para 130kg"; o edital exige "capacidade de carga de no mínimo 150kg". Porém no prospecto apresentado constam as informações: OPCIONAIS (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE) e descreve várias possibilidades de alteração do item. A ficha técnica também não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Com grades laterais de abaixar, com mecanismo de trava rápida.	Resposta da diligência: a empresa Licitamed Prime Comercial Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30772905 e se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: Boa tarde, Será entregue conforme edital solicitado. Parecer: Na ficha técnica apresentada, o modelo LV 100 PU está descrito "com capacidade para 130kg"; o edital exige "capacidade de carga de no mínimo 150kg". Porém no prospecto apresentado constam as informações: OPCIONAIS (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE) e descreve várias possibilidades de alteração do item. A ficha técnica também não deixa claro as seguintes exigências do edital: com grades laterais de abaixar, com mecanismo de trava rápida. A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. 2. Que a empresa confirme que o modelo de cama ofertado será adequado inclusive com: capacidade de carga de no mínimo 150 kg e com grades laterais de abaixar, com mecanismo de trava rápida.
	47206 - CARRO MACA SIMPLES - PROJETADO PARA O							

4	TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA - BASE EM TUBOS DE AÇO COM AS SEGUINTEES MEDIDAS MÍNIMAS: DIÂMETRO 1 1/4" X ESPESSURA 1,5 MM; - A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA POR UM CHASSI SUPERIOR QUE SUSTENTE O LEITO E UM CHASSI INFERIOR QUE ACOMODE OS RODÍZIOS, CONECTADOS POR PÉS REFORÇADOS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE; - TODAS AS CONEXÕES DA ESTRUTURA DEVEM SER SOLDADAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR CANTOS VIVOS OU REBARBAS. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) NA COR BRANCA. LEITO - LEITO FIXO À ESTRUTURA (NÃO ACEITA-SE COLCHONETE AVULSO); - CONFECCIONADO EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 MM, DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES (CABECEIRA E LEITO PRINCIPAL); - DIMENSÕES: 190 CM X 60 CM X 80 CM (C X L X A), ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5 CM; - CABECEIRA REGULÁVEL EM DIFERENTES POSIÇÕES, POR MEIO DE SISTEMA DE CREMALHEIRA OU PISTÃO A GÁS; REVESTIMENTO - ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA DE 28 KG/M³ COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 CM; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PONTAS SOLTAS, NA COR PRETA OU AZUL; ACESSÓRIOS	Unidade	CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	CIRURGICA OURO VERDE Modelo: OV435	Apresentou descrição resumida do item.	81963720007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém na ficha técnica consta a informação sobre o produto: "<i>imagem referencial</i>". Também não deixa claro a seguinte exigência do edital: leito fixo à estrutura (não aceita-se colchonete avulso).	Análise prévia: para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "<i>imagem referencial</i>" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. É necessário também que a empresa confirme a seguinte exigência do edital: leito fixo à estrutura (não aceita-se colchonete avulso). Resposta da diligência: a empresa Cirúrgica Ouro Verde - Comércio de Materiais Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30772920 e se manifestou no chat da plataforma
---	--	---------	---	--	---	--	--	---

E MOBILIDADE - RODÍZIOS: POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS; DOIS DOS RODÍZIOS DEVEM POSSUIR TRAVA DIAGONAL PARA FRENAGEM E POSICIONAMENTO SEGURO DA MACA. - GRADES LATERAIS: POSSUIR GRADES LATERAIS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA PARA ABAIXAR OU DOBRAR, EM TUBO DE AÇO INOX, COM ALTURA MÍNIMA DE 20 CM ACIMA DO NÍVEL DO COLCHÃO. - SUPORTE DE SORO: ACOMPANHA SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX; - ALÇAS: POSSUIR ALÇAS OU BARRAS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE E MANUSEIO DA MACA. ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS - PESO SUPTADO: NO MÍNIMO 150 KG. - REGULAMENTAÇÃO: POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU APRESENTAR COMPROVANTE DE ISENÇÃO.						Compras.gov conforme segue: <i>Bom dia! O produto ofertado atende 100% o solicitado no edital. Vamos enviar o arquivo destacando os pontos sobre o leito fixo, não é colchonete. Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.</i> Parecer final: proposta de acordo com o edital, classificada.
---	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/09/2026, às 09:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30777155** e o código CRC **ECA46C1A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.165745-0

30777155v18