

MEMORANDO SEI N° 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 15 de fevereiro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras - Pregão Eletrônico n° **516/2023**

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI n° 0020142417 segue o resultado referente a análise das amostras conforme solicitado: **d) emitir memorando com o resultado da análise das amostras (Aprovada, Reprovada ou não apresentada). No caso de reprovação, transcrever o motivo da reprovação no memorando:**

Empresa	Itens convocados	Análise finalizada
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	35	Amostra aprovada conforme SEI 0020036599
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	120	Amostra aprovada conforme SEI 0020015668
ECOMED		

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	145	Amostra aprovada conforme SEI 0020015676
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32	Amostra aprovada conforme SEI 0020029757
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	122	Amostra aprovada conforme SEI 0020029757
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	123	Amostra aprovada conforme SEI 0020029757
DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	124	Amostra aprovada conforme SEI 0020029757
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1	Amostra aprovada conforme SEI 0020036492
ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	14	Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - " <i>Cotonóide fino com baixo poder de absorção</i> "
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - " <i>Cotonóide fino com pouco poder de absorção</i> "
ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	16	Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - " <i>Cotonóide fino pouca absorção/hemostasia</i> "
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	36	Amostra aprovada conforme SEI 0020141476

HOSPITALARES LTDA		
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	119	Amostra aprovada conforme SEI 0020065024
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61	Amostra Reprovada conforme SEI 0020141488 - "Agulha de tamanho adequado porém com ponta de difícil passagem pelo tecido (inadequado) fio frágil que desfia, quebrando quando passa pelo corpo... não possível fixação de tela para correção de hérnia com o mesmo irá aumentar taxa de recidiva..."

Em atenção a informação "Ademais, observou que o RMS nº 10289680097 que consta na análise das amostras do item 145 SEI nº 0020015676, trata-se de "Bolsa coletora de espécime descartável para procedimentos endoscópicos Lagis" e não confere com o protocolo de entrega SEI nº 0019767020 e com a proposta do fornecedor SEI nº 0019591277":

Confirmamos que trata-se de uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI nº 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI nº 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI nº 0019767020, que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI nº 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI nº 0020015676.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 16/02/2024, às 08:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020143578** e o código CRC **A15BAB65**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 120

DESCRIÇÃO: 909053 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL 7,5X10CM ESTERIL HEMOSTATICO A BASE DE CELULOSE, MEDINDO 7,5X10CM (PODENDO VARIAR 0,5 CM +/-), ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: SURGI-ORC / AEGIS LIFESCIENCES

Registro Anvisa: 80320680098

LOTE: ORC0323001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 3 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 31/01/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. André Sanchez de Paula
RPM 4504 - RQ 1.027
Especialista em

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 145

910248 - AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16 CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 16G X 16 CM. ATRAUMÁTICA. USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

MARCA: BIOMEDICAL

LOTE: 11468535

REGISTRO (ANVISA): 10289680097

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades + 01 disparador

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

DEMOROU PRA ENCAIXAR NO DISPARADOR

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

APÓS O ENCAIXE, FOI TODO BOM

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

BOA, FRAGMENTOS BONS EM TAMANHO

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: FUNCIONOU

DATA: 02/02/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

CRM 9838

cc



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 32

DESCRIÇÃO: 910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM APROXIMADAMENTE 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
FORNECEDOR: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
MARCA: VITALSUC
Registro Anvisa: 10296900146
LOTE: S230460723
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Ótimo funcionamento

Adequada () Inadequada () Não se aplica


CONCLUSÃO

Aprva o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 18/01/24

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 122-

DESCRIÇÃO: 909493 - LAMINA OFTALMO 15 GRAUS LAMINA OFTALMO 15 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO ANVISA.

FORNECEDOR: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

MARCA: MEDIPHACOS R4 15

LOTE: P10/23

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 06/02/24

Dra Tatiana R. Rayes de Aguiar
Oftalmologista - CRM 13841

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 123

DESCRIÇÃO: 909488 - LAMINA OFTALMO 2,75GRAUS LAMINA OFTALMO 2,75 GRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO ANVISA.

FORNECEDOR: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

MARCA: MEDIPHACOS R1 28 SBU CC

LOTE: P03/23

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____


Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA:

17/04/2024 

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 124-

DESCRIÇÃO: 910684 - LAMINA OFTALMO CRESCENTE LAMINA OFTALMO CRESCENTE, CONFECCIONADA EM ACO INOX E HASTE EM MATERIAL PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO ANVISA.

FORNECEDOR: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: ACUTE SURGICAL / R302SBU

LOTE: P06/21

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 05/02/24

Tatiana R. Reyes de Aguiar
Oftalmologista - CRM 13841

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 01

5770 - AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA MAMARIA - 14 G X 10 CM AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA PROMAG ULTRA E 2,5 - 14 G X 10 CM

FORNECEDOR: ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

MARCA: ARGON

LOTE: 11459746

REGISTRO (ANVISA): 10337859007

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

produto esteril, embalagem individual

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

bom funcionamento

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Produto de boa qualidade; cumpre a necessidade

DATA:

6/2/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Koenig
Mastologia
RM-SC 19631

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 35

909502 - EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGACAO CONTINUA EQUIPO 4 VIAS PARA ARTROSCOPIA OU IRRIGAÇÃO VESICAL CONTÍNUA NO TRANSOPERATÓRIO, TUBO DE PVC CRISTAL, 4 PONTAS INTRODUTORAS PERFUROCORTANTES PARA ADAPTAÇÃO AOS FRASCOS DE SORO, TAMPA PROTETORA, PINÇA PLÁSTICA CORTA FLUXO, UNIÇÃO EM PVC ANELADO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

FORNECEDOR: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

MARCA: ZAMMI

LOTE: 00082324

REGISTRO (ANVISA): 10216350113

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 05/01/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. Paulo H. Doulat
CRM/PR 25789
CRM/SO 13189
CRM/SO 13189
CRM/SO 13189

CC



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 119

DESCRIÇÃO: 21432 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL 5X7,5 CM ESTÉRIL HEMOSTÁTICO A BASE DE CELULOSE, 5 X 7,5 CM, (PODENDO VARIAR 0,5 CM +/-), ESTÉRIL, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM UNITÁRIA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: SURGI-ORC / AEGIS LIFESCIENCES

Registro Anvisa: 80320680098

LOTE: ORC0323001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 3 UNIDADES

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 18/01/24

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 15

DESCRIÇÃO: 912701 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 25MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MM X 25MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: HEALTH QUALITY MODELO: 202050

Registro Anvisa: 80166330030

LOTE: 0631950101

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: COTONIDE FINO COM POUCO PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES!

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: COTONIDE FINO COM POUCO PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

COTONIDE FINO COM POUCO PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES.

DATA: 18/01/24

Forams 160809
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. André Sanches

CRM/SC 18693 / RQE 16193
de base Cranio e Coluna Vertebral
Neurocirurgia/Cirurgia Endoscópica
Dr. Giuliano S. Borzato Silveira

CC



Cobwride

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 16

DESCRIÇÃO: 912702 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 38MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MMX 38MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: ROTA SUL HOSPITALAR LTDA

MARCA: HEALTH QUALITY

Registro Anvisa: 80166330030

LOTE: 0508730101

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: CORONIDE FINO pouca Adesão/Hemostasia() Adequada Inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:**Apontamentos: CORONIDE FINO pouca Adesão/Hemostasia() Adequada Inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO**Aprova o produto () SIM NÃO**JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):**

CORONIDE FINO com pouca aderência PE Adesão JA não aprovou POR DR ANDRE SANCHON.

DATA: 18/01/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. André Sanchon

Dr. Giuliano S. Bernazzo Veira
Neurocirurgião/Cirurgia Endoscópica
de base Crânio e Coluna Vertebral
CRM/SC 18693 / RQE 16123

CC



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 14

DESCRIÇÃO: 912700 - COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13MM X 13MM COMPRESSA NEURO CIRURGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIESTER / RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELACAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E EMPREGNADO COM SULFATO DE BARIO. DEVERA SER ACONDICIONADO EM SUPORTE DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTEREIS. TAMANHO APROXIMADO 13MM X 13MM. EMBALAGEM CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES, RESPONSABILIDADE TECNICA E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: ROTA SUL HOSPITALAR LTDA

MARCA: HEALTH QUALITY

Registro Anvisa: 80166330030

LOTE: 0475750101

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: COTONÓIDE FINO COM POUCO PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: COTONÓIDE FINO COM POUCA PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

COTONÓIDE FINO COM BAIXO PODER DE ABSORÇÃO JÁ REPROVADO PELO DR ANDRÉ SANCHES.

DATA: 18/04/24

Fornas 160801
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARMEN

Dr. André Sanches

Dr. Giuliano S. Bertato Silveira
Neurocirurgião/Cirurgia Endoscópica
de base Crânio e Coluna Vertebral
CRM/SC 18693 / RQE 16193

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 36

DESCRIÇÃO: 910271 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA ABSORVÍVEL ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, MEDINDO NO MÍNIMO 7 X 5 X 1 CM, POROSA, PREPARADA COM GELATINA PURIFICADA E ABSORVÍVEL, FACILMENTE ABSORVÍVEL, SEM FORMAR CICATRIZAÇÃO EXCESSIVA OU REAÇÃO CELULAR COLOCADA NOS TECIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/01/96.

FORNECEDOR: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: SURGISPON / AEGIS LIFESCIENCES MODELO: SSP-705010

Registro Anvisa: 80320680090

LOTE: 0823025

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: PRODUTO ATENDE AS EXPECTATIVAS,
CONTUDO EMBALAGEM COM FORMATO
QUE FACILITA CONTAMINAÇÃO.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada Embalagem

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 19/01/23

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

GUSTAVO VALENTE
MÉDICO
CREMESC 35006

K. Miyamoto
Ortopedia e Traumatologia
CRM - 26706 TEOT 15396

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 516/2023

ITEM: 61

DESCRIÇÃO: 909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO

Registro Anvisa: 10378330017

LOTE: 02230071

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

AGULHA DE TAMANHO ADEQUADO PORÉM COM PONTA DE DIFÍCIL PASSA COM POUCO TENDIMENTO (INADEQUADO) E O FRAENL QUE DESFIA, QUANDO PASSA PELA TELA

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos:

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

MUITO INADEQUADO! NÃO POSSÍVEL FIXAR DE TELA PI CORRETO DE HERNIA COM O MESMO IRA AUMENTAR RISCO DE RECIDIVA COM POSSÍVEL DESPENCIMENTO PI O PACIENTE

DATA: 19/01/24

DE
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO


Dayana Galvão
Cir. Geral/Cir. do Trauma
CRM 22782
RQE 17123/17955