



MEMORANDO SEI Nº 27212142/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 161/2025

Objeto: Locação de equipamentos de oxigenoterapia domiciliar e ventilação não invasiva, para atender a demanda dos pacientes do SIAVO - Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia, com fornecimento de insumos.

Em atendimento ao memorando SAP.LCT 27206277, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Proposta)	Modelo indicado na proposta	Descritivo de acordo com o edital.	8.10.1 - Registro da ANVISA	Parecer
4	22577 - LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP MODO VENTILATÓRIO MANDATÁRIO	SERV	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDSTAR	Modelo: 28212 AirCurve 10 ST-A LATA BR CO Nobreak Premium PDV (GIII 1400VA c/ 2 Baterias Seladas 17/18Ah/12V/120 V/ENG) com Módulo de Exp. Médio p/2 Baterias Seladas 17/18Ah 24V.	De acordo	80047300521 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Na análise anterior, foi questionado se o Nobreak ofertado possui autonomia de no mínimo 4 horas. No retorno, a empresa apresentou o Memorial de Cálculo e Relatório de Ensaio constante no documento SEI nº 27206244. Conforme verifica-se na página 2 do documento supracitado, o equipamento ofertado possui autonomia superior ao mínimo exigido no edital. Conclusão da análise: Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 20/10/2025, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27212142** e o código CRC **0F2DFDA9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.032928-8

27212142v10