

MEMORANDO SEI Nº 0019905100/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 25 de janeiro de 2024.

À SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **441/2023**

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue análise realizada referente ao Processo Licitatório SEI nº 23.0.214297-1, conforme Memorando SAP.LCT 0019904629

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	Avaliação técnica
34	30102 - MICRO CATETER 0,27" MICRO CATETER 0,27" DE BAIXO PERFIL DESENVOLVIDO PARA ACESSAR VASCULATURAS TORTUOSAS DE REDUZIDA DIMENSÃO, COM RIGIDEZ VARIÁVEL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150CM. DIÂMETRO EXTERNO DISTAL 2,8FR E PROXIMAL DE 3,2FR, COM DIÂMETRO INTERNO DE 0,027". PONTA FLEXÍVEL E MOLDÁVEL, COBERTURA HIDROFÍLICA NA PONTA DISTAL, REVESTIMENTO INTERNO EM PTFE E MARCADOR RADIOPACO. DEVE SER COMPATÍVEL COM DIÂMETRO DE STENT REDIRECIONADOR DE FLUXO. COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 5FR E MICRO GUIA 0,021" (CÓD SUS 0402050350).	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC.	MARKSMAN	<p><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></p> <p>As documentação apresentada 0019904621 está de acordo com o solicitado. Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139071</p>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 12:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019905100** e o código CRC **5F0F7950**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.214297-1

0019905100v7