



MEMORANDO SEI Nº 27766131/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de dezembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção aos memorandos SEI nº 27764902, seguem as análises solicitadas:

It em	Material/Serviço	Uni d. med ida	Fornec edor	Marca Regist rada	Model o (Propo sta)	Descrip tivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVIS A	8.10.2 - Prosp ecto, ficha técnic a, imag em de site	11 - Amo stras	Parecer
3 1	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO,	Unid ade	VOLA RE COME RCIO LTDA	M2LI FE	---	A propost a apresenta descrição resumido.	819119 39033 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apres entou	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado as seguintes confirmações:

<p>TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFORANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS.</p> <p>PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA.</p> <p>ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS</p>					<p>1 - Que o item ofertado possui ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios.</p> <p>2 - Que o item ofertado possui extremidade em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.</p>	<p>No retorno, a empresa manifestou -se: "(...) referente aos questionamentos o fabricante respondeu que: 1. atende 2. atende."</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada .</p>
--	--	--	--	--	--	--

	DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Principal								É necessário a apresentação de amostras, conforme exigência do edital.	
3 8	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	PC	TORRE FORTE ATACA DO E VAREJO LTDA	MEDI X	---	De acordo	804955 19038 - Registr o vigente com medida cautelar ativa: MEDIX BRASIL TORN EIRA 3 VIAS - Registr o: 804955 19038 (Lotes a partir de 06/03/2 025). Suspen sões: Distrib uição, Propag anda, Uso, Comerc ializaçã o, Importa ção.	Apres entou	Exige	Na análise preliminar, foi indicado que o registro na Anvisa indicado possui medida cautelar de fiscalizaçã o vigente; foi solicitado a confirmaçã o, de forma expressa e irrevogável , que os itens a serem fornecidos para o presente certame, serão sob o Registro ANVISA nº 804955190 38, com lotes sem restrição para uso pela Anvisa. No retorno, a empresa manifestou -se: "Sim, nos comprometemos a realizar entregas de

							<p><i>"lotes vigentes sem medida cautelar."</i></p>
							<p>Proposta de acordo com o edital, classificada .É necessário a apresentaçã o de amostras conforme exigência do edital.</p>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 05/12/2025, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **27766131** e o código CRC **69C72E90**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
