



## MEMORANDO SEI N° 0025067408/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de abril de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas nesta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
11	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM <sup>2</sup>	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ERIMAX	<p>Conforme Análise de amostra SEI nº 0025067353, a amostr apossui falha na trama ocasionando bordas inacabadas. A amostra também não possui elasticidade, que provoca perda da funcionalidade.</p> <p><b>Amostra reprovada.</b></p>
56	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ERIMAX	<p>Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0025067366.</p>
65	917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAXICOR	<p>Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0025067392.</p>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,  
**Coordenador(a)**, em 04/04/2025, às 09:31, conforme a Medida Provisória nº  
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto  
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0025067408** e o código CRC **69B4150D**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.254207-6

0025067408v4

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 11

916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA: ERIMAX

LOTE: 38340325

REGISTRO (ANVISA): 80698130001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 06 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO**

Apontamentos: Fios na forma prismática bordas imparadas

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Sem elasticidade, os demais se desfazem

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: Fios na forma e fundo de, plásticidade, pressionar perder  
a funcionalidade.

DATA: 01/04/25

Jessica R. dos S. Macstellli.

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

Jessica R. dos S. Macstellli  
Enfermeira  
COREN-SC 699.849

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 56

909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORSAO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.PACOTE COM 500 UNIDADES - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA: ERIMAX

LOTE: 01030224

REGISTRO (ANVISA): 80698130002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos:

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO**

Apontamentos:

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Adequada  Inadequada  Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende as especificações

DATA: 01/04/25

Jessica R. dos S. Macstellli  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

*Jessica R. dos S. Macstellli*  
Enfermeira  
COREN-SC 699.849

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 65

917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESMES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal

FORNECEDOR: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA: MAXICOR

LOTE: 240595

REGISTRO (ANVISA): 10299800056

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende os requisitos

DATA: 01/04/25

Jessica R. dos S. Maestrelli  
**ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO**

*Jessica R. dos S. Maestrelli*  
Enfermeira  
COREN-SC 699.849