

ANÁLISE SEI Nº 26495162/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **71/2025**.

ITEM 36 - 42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO

DESCRIÇÃO	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.
FORNECEDOR	FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
MARCA	BRAVA / AMEDICA
REGISTRO ANVISA	82263440001
LOTE	250812-01
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada () Inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM.

AMOSTRA APRESENTA TAMANHO: LARGURA 125 CM X ALTURA 120 CM.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 19/08/2025, às 11:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26495162** e o código CRC **A153A557**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26495162v9