

MEMORANDO SEI Nº 27160918/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 15 de outubro de 2025.

Ao
SAP.LCT

Assunto: Resposta da Análise Técnica - Pregão Eletrônico 334/2025.

Objeto: Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao memorando SEI nº27157858, este setor realizou a análise da proposta referida no quadro abaixo:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Registro na Anvisa	Prospecto /Ficha técnica	Parecer
3	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 X 80 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/MELT BLOW/SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E	Unidade	144.000	FERNANDO UNIFORMES LTDA	SP PROTECTION	Apresentou Nota técnica de Isenção de Registro na Anvisa documento SEI nº 27157858 páginas 7 a 9;	Prospecto nas páginas 4 e 5 do documento SEI nº 2715758 no prospecto não há os laudos solicitados no item como: composição e gramatura do tecido, eficiência de filtração bacteriana e viral, não emissão de partículas, barreira	Para continuidade de na análise, solicitamos que a empresa apresente os laudos pedidos em edital.

GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMIÇÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 X 80 CM							
---	--	--	--	--	--	--	--

Sem mais, o Setor de Padronização do Hospital São José , encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 15/10/2025, às 09:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27160918** e o código CRC **6758971E**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.129927-7

27160918v4