



ANÁLISE SEI Nº 30269169/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 21 de julho de 2026.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 201/2026

ITEM 6 - 46679 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS

DESCRIÇÃO	46679 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 7 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 7 L, SER DE COR LARANJA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (QUÍMICO), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.
FORNECEDOR	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	9737
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica

O edital exige: "...ser fabricado com **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**, que suporte as exigências do ambiente de saúde e garanta a integridade do produto desde a coleta até o destino final..."

A amostra apresentada não possui **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**. O produto é fabricado em papelão apenas, sem revestimento, não atendendo as exigências mínimas do edital e as necessidades assistenciais da Administração.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 21/07/2026, às 12:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30269169** e o código CRC **D58D0A1B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.087621-3

30269169v3