

MEMORANDO SEI Nº 30618771/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 20 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 251/2026 e Portal de Compras do Governo Federal nº 4/2026.

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, na especialidade de cirurgia geral.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº	PARECER
Item 12 / ALRANTECH	30560805 - REPROVADO	A Empresa enviou a amostra que não corresponde ao solicitado no descritivo.

Protocolo de amostras:

- Empresa - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA - Itens 11,12 e 13 - 30560786

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 20/08/2026, às 13:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30618771** e o código CRC **9FOEDC03**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.112112-7

30618771v5

INFORMAÇÃO SEI Nº 30624212/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 21 de agosto de 2026.

Em complemento ao Memorando SEI Nº 30618771/2026 HMSJ.SUP.OPME, a Área de OPME informa que o descritivo constante no Edital SEI Nº 30101369/2026 SAP.LCT para o Item 12 (GRAMPEADOR LINEAR TA / TX DE 60MM POR 4.8MM, Cód. SUS 0702050270) estabelece a exigência de "GRAMPEADOR LINEAR DE 60MM POR 4.8 MM, RECARREGÁVEL, COM SISTEMA DE DIRECIONAMENTO DE GRAMPEIO. RECARREGÁVEL, CONTENDO GRAMPOS DE TITÂNIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO". Para o referido item, a empresa Alrantech Importações e Comércio Ltda apresentou a amostra do Grampeador Linear Descartável, modelo FALC(S)-55, da marca Fengh Medical. Contudo, conforme verificado na página 17 da Proposta Comercial (30536770), o produto é ofertado comercialmente apenas nos tamanhos de 55mm, 75mm e 100mm, divergindo do comprimento de 60mm exigido no edital. Ademais, a amostra informada apresenta Altura Aberta do Grampo de 3,85mm, em descumprimento à medida de 4,8mm fixada no instrumento convocatório. Diante das inobservâncias quanto às especificações técnicas obrigatórias, a Área de OPME conclui pela não conformidade da amostra apresentada.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 21/08/2026, às 08:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30624212** e o código CRC **526925F7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.112112-7

30624212v6