

OFÍCIO SEI N° 0022989332/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 30 de setembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico Amostras

Pregão Eletrônico 437/2024 - Aquisição de Material de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

SELLMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item 08 (0022931027) - REPROVADO

Transcrição da justificativa médica:

" Material não compatível com procedimentos neurovasculares, devido a extrema rigidez distal, impossibilitando o acesso vascular distal e intracraniano. "

" Incompatível com a finalidade de uso no HMSJ."

Dr Pedro Magalhães - CRM 12588



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2024, às 09:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022989332** e o código CRC **774766D4**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
8	30081 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO - DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES DIVERSOS REDUZINDO O DANO DOS TECIDOS POR MANUSEIO REPETIDO. INTRODUTOR PERCUTÂNEO LONGO COM VÁLVULA REMOVÍVEL, NÃO ARAMADO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 437/2024

SETOR TESTE: OPME

MARCA: MARCH / APT MEDICAL

FORNECEDOR: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446149007

LOTE: SP 8324060306

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: Material não compatível com procedimentos neurovasculares, devido a extrema rigidez distal, impossibilitando o acesso vascular distal e intracraniano.**CONCLUSÃO**

APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO: Incompatível com a finalidade de uso do HMSJ.

Dr. Pedro Magalhães

Número de Registro RQE 9542
Número de Registro RQE 15737

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 25/09/2024