

MEMORANDO SEI N° 0019071628/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de novembro de 2023.

À SAP.LCT

Assunto: Análises Técnicas das amostras - Pregão Eletrônico nº 354/2023.

Objeto: Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em complemento ao Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0019056231), encaminhamos as informações acerca das análises das amostras apresentadas para os itens 7 e 18:

| Convocação | Empresa | Itens convocados amostra | Parecer |
|------------|---|--------------------------|--|
| 0018817479 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7 | Conforme exposto na Análise SEI nº 0019071607, durante a avaliação do material, foi constatado que a amostra apresentada não atende ao tamanho mínimo de 10 X 10 cm, não tem potência na absorção de exsudato, e também não forma gel conforme descritivo, solta resíduos das fibras laterais do curativo. Amostra reprovada. |
| 0018894263 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18 | Conforme exposto na Análise SEI nº 0019071616, durante a avaliação do material, foi constatado que a amostra apresentada não atende ao descritivo completamente, pois possui tamanho de 10 X 9,3 cm. Amostra reprovada. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 10/11/2023, às 14:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019071628** e o código CRC **BCE7D2B2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.183448-9

0019071628v6

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 07

| |
|---|
| 910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: N0 DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA. |
| FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| MARCA: POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE |
| LOTE: 15K22 |
| REGISTRO (ANVISA): 8003400133 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Após teste do produto: não atende ao tamanho mínimo exigido, não tem potência na absorção de exsudato e também não forma gel conforme descrição do termo de referência, além resíduos das fibras aderidas de curativo.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Apresenta resíduos das fibras pelas laterais do curativo, porém absorvente e não transforma em gel conforme descritivo do termo de referência.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao descritivo do termo de referência de curativos e fibras de algodão exigido de tamanho mínimo e não apresenta características adequadas para uso em feridas.

DATA: 08/11/23

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle
Michelle Stringhini
Enfermeira
COREN 080979

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 354/2023

ITEM: 18- CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODORE, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSCRICAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 15G22

REGISTRO (ANVISA): 8003400140

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Atende ao descritivo no item embalagem.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Material não atende ao descritivo completamente, possui tamanho mínimo de 10x9,3 cm.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende ao tamanho mínimo do descritivo e os elementos de aderência em tratamentos de fraturas.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: Material não atende ao descritivo de tamanho de referências como um todo, tamanho mínimo de 10x9,3 cm.

DATA: 08/11/23

Michelle
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Michelle Stringhini
Enfermeira
COREN 080979