MEMORANDO SEI Nº 31208678/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 09 de outubro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31204503 segue a análise solicitada.

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
	37	917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UN	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Agaplastic Indústria e Comércio Ltda.	DE ACORDO	10438720008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 09/10/2026	Apresentou o prospecto porém não deixa claro que o item ofertado contém a seguinte exigência do edital: 1- **Válvula de Silicone;**	EXIGE	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra a seguinte exigência do edital: 1- **Válvula de Silicone;**

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 14/10/2026, às 11:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31208678** e o código CRC **16C556B6**.