



---

**MEMORANDO SEI N° 0019023058/2023 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 08 de novembro de 2023.

**À SAPLCT**

Informamos que a amostra apresentada pela empresa MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 77 foi aprovada, conforme Análise SES.UAD.ACM (SEI nº 0019022681).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/11/2023, às 08:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019023058** e o código CRC **63893396**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0019023058v3

**ANÁLISE SEI Nº 0019022681/2023 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 08 de novembro de 2023.

**ANÁLISE DE AMOSTRA****PREGÃO ELETRÔNICO: 145/2023****ITEM 77**

DESCRIÇÃO	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALETES' POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALETES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota reservada 25%
FORNECEDOR	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA	INFUSÃO HOSPITALAR
REGISTRO ANVISA	81516730004
LOTE	371-043/23
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 unidades

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Produto testado no PS do Hospital São José, apresentou boa maleabilidade, não apresentou vazamentos.

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: APROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/11/2023, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019022681** e o código CRC **D3AC401E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0019022681v5