



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017694754/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 17 de julho de 2023.

À SAP.LCT

Encaminhamos parcial de análises técnicas das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostragem	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
1	912293	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE FILTRO DE PARTICULAS	PC	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369469015	Não se aplica	-----	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, o item ofertado pela empresa é para fixação de dispositivo intravenoso e o edital exige adesivo para fixação de filtro de partículas, compatível com filtro antibacteriano para cateter peridural.
77	25698	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES	UNIDADE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330669112- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 17/08/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos; desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos: 1- Todos os conectores são luer-lock

										(os distais e o proximal)? 2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampos? 3- O item possui 2 vias? Caso a empresa confirme todas as informações está apta a apresentar amostra	
103	18719	TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI	PEÇA	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	GAMMA CRUCIS	De acordo	81499570006- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 11/11/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta apta a apresentar amostra
104	909155	TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL	PC	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	GAMMA CRUCIS	De acordo	81499570006- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 11/11/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta apta a apresentar amostra

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/07/2023, às 22:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017694754** e o código CRC **81E3077C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017694754v3