

**Joice Claudia Silva da Rosa**

---

**De:** Juliana - Cotação <juliana@cotacaocrie.com.br>  
**Enviado:** Ter 13/10/2020 10:46  
**Para:** Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>  
**CC:** 'Katia' <katia@cotacaocrie.com.br>  
**Assunto:** IMPUGNAÇÃO PE 284/2020 - PREFEITURA DE JOINVILLE - UASG 927773  
**Modificado:** Ter 13/10/2020 16:02  
**Anexos:** IMPUGNAÇÃO.pdf

Prezados,

A empresa COTAÇÃO CRIE LTDA., na qualidade de licitante, vem por seu representante legal, apresentar **IMPUGNAÇÃO** ao Instrumento Convocatório (ANEXO)

**EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA**

**PREFEITURA DE JOINVILLE**

**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 284/2020**

**EDITAL SEI N° 7308188/2020 - SES.UCC.ASU**

**Atenção**

Devido a Pandemia causada pelo COVID-19, informo que estamos trabalhando com equipe reduzida o telefone alternativo para contato é (11) 96960-0400

Atenciosamente



Juliana Mercenas

Licitações | Cotação Crie  
Telefone: 55 11 2239-6060 | 55 11 96960-0400  
Skype: juliana\_cotacaocrie  
Email: cotacao@uol.com.br

"Ter sucesso não é aleatório, é uma variável dependente do esforço." – Sófocles

  
Pense antes de imprimir. Proteja o Ambiente.



EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA  
PREFEITURA DE JOINVILLE  
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

PREGÃO ELETRÔNICO N° 284/2020  
EDITAL SEI N° 7308188/2020 - SES.UCC.ASU

COTAÇÃO CRIE LTDA., na qualidade de licitante, vem por seu representante legal, apresentar **IMPUGNAÇÃO** ao Instrumento Convocatório, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:-

Os itens 22 e 23 tem por objeto a aquisição de CATÉTER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE 12fr.

Ocorre que no mercado há marcas que fabricam esse Cateter na medida de 12FR e outros na medida de 11,5FR.

Esse critério de medida, acredita-se, é decorrente de critérios de escolha de cada fabricante, sendo certo que AMBAS MEDIDAS TEM A MESMA FINALIDADE E UTILIZAÇÃO, NOS MESMOS TIPOS DE PACIENTES.

Ou seja, é cediço pelos técnicos que essa diferença de 0,5 FR (french) em nada modifica o uso e finalidade, pois é mínima.

A exemplo, a SES/SP tem padronizado especificação que permite maior numero de licitantes e conseqüente maior concorrência e menor preço: -

#### **Especificação Técnica:**

Cateter para Hemodialise; Em Poliuretano Ii, Triplo Lumen; Radiopaco, **Medindo 11,5 a 12 Fr**, 20 a 21 Cm de Comprimento e Linhas de Extensao Protetoras; Composto de Ponta Soft, 01 Introdutor, 1 Dilatador , 1 Fio Guia, Seringa, Agulha; Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;



A assertiva acima pode ser corroborada no site BEC-Bolsa Eletrônica de Compras, através do link abaixo:-

[https://www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Catalogo\\_ui/CatalogoDetalheNovo.aspx?chave=&cod\\_id=5268834&selo=0](https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_ui/CatalogoDetalheNovo.aspx?chave=&cod_id=5268834&selo=0)

Igualmente o **SECRETARIA DA SAUDE INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS**, faz sua especificação permitindo maior abrangência de licitantes, edital acessível através do link abaixo:-

[https://www.bec.sp.gov.br/bec\\_pregao\\_UI/Ata/becprp17001.aspx?iL4aAOfZZSppStm1Na08AfYWqSq1028ySOccgMfrGW8QiEl4KZXk1vConzfDewGZ](https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?iL4aAOfZZSppStm1Na08AfYWqSq1028ySOccgMfrGW8QiEl4KZXk1vConzfDewGZ)

**INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMÍLIO RIBAS",**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 519/2020 Processo: 24644/2020  
Abertura: 13/08/2020 a partir das 09:00 hs

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE:

Item	Material	CÓDIGO BEC	Unidade de Medida BEC	Quantidade (Unidade de Fornecimento)
01	Cateter para Hemodialise; Duplo Lumem, Poliuretano, Termossensível, Alto Fluxo, Extremidade Distal Com Formato Hemodinamico; 11/13fr x 15/20 Cm, Lumem Contínuo, Sem Orifício Laterais, Orifícios Em Elipse; Composto de Fio Guia Metálico Em Nitinol, Conectores Luerlock, Agulha Introd.pínças C/Infor. Sobre Vol. do Lumem; Seringa, Agulha, Pínças Resistentes, Uso Único, Esteril, Descartável; Embalado Em Embalagem Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Aséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente, Alto Fluxo Com Baixa Recirculação	5268834	01	300 Unid.
02	Cateter para Hemodialise; Poliuretano, Triplo Lumen,; Radiopaco, calibre 11 a 12 Fr, 20 Cm de Compr.; Composto de Fio Guia, Introdutor, dilatador, tampas Oclusoras, siringa Descartável; Esteril; Embalado Em Embalagem Individual Em Mat.que Promova Barreira Microbiana e Abertura Aséptica; a Apresentação do Produto Devera	2906783	01	180 Unid.



A lei de licitações e os princípios básicos da administração pública determinam que as licitações tenham especificações claras e sucintas, sem direcionamento há um ou outro licitante, ampliando o numero de concorrentes e gerando, conseqüentemente, menor preço ao erário.

Destarte, REQUER seja reavaliado o descritivo editalício de tal sorte que permita tanto produto de 11,5 FR quanto de 12 FR.

Termos em que  
Pede Deferimento  
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

**DORIAN**  
**COTTA:0360**  
**9978805**

Assinado de forma  
digital por DORIAN  
COTTA:03609978805  
Dados: 2020.10.13  
10:43:14 -03'00'