



MEMORANDO SEI Nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.
Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI nº 0023397425 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca e/ou Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site	Parecer
14	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE	PC	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	CASEX	Exige	De acordo.	10222320005, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá necessidade de apresentar amostra.

	ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.								
15	910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM TAMANHO MÍNIMO 5 X 5 CM, FIBRAS DE ALGINATO MACIAS, FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS	PC	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PHARMAPLAST	Exige	De acordo.	81606090044, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá necessidade de apresentar amostra.

	E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.							
36	917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTACAO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA.	FRS	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DBS/Brasil	Exige	De acordo.	80175820010, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0019149133.

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/11/2024, às 10:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023410857** e o código CRC **B2651CA2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023410857v6