

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

460027.1602021 .198367 .4726 .32230



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00160/2021 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 20 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIAS SEI SAP.GAB/SAP.UPR 277/2021 e 278/2021 de 27/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21.0.121176-3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00160/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José de Joinville, tendo em vista Para divulgação do resultado avaliação das amostras..

Item: 70

Descrição: Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Complementar: Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de sangue oculto em fezes, método: imunocromatografia, apresentação: teste, características adicionais: com detecção hemoglobina e haptoglobina

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 70 - Reagente para diagnóstico clínico.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	17/12/2021 13:26:43	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	17/12/2021 13:27:22	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Divulgação do resultado da análise das amostras.
Recusa de proposta	20/12/2021 08:29:58	Recusa da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2,8500. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011465429: "informamos que a amostra do item 70 foi avaliada pela equipe técnica do Laboratório Municipal e REPROVADA, pois a sensibilidade (93,6%) é inferior ao que foi solicitado no Edital.
Recusa de proposta	20/12/2021 08:36:48	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, CNPJ/CPF: 16.434.877/0002-01, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: Amostras da marca WAMA já foram analisadas pelo Laboratório e foram reprovadas, conforme documento SEI 0010843767.
Recusa de proposta	20/12/2021 08:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.478.251/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3,1000. Motivo: A empresa encontra-se inabilitada, mesmo que tenha atualizado o balanço no SICAF, ainda estão ausentes os termos de abertura e encerramento do exercício de 2020.
Recusa de proposta	20/12/2021 08:58:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3,1400. Motivo: A sensibilidade (94,6%) do produto ofertado é inferior ao que foi solicitado no Edital.
Recusa de proposta	20/12/2021 09:06:16	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3,3000. Motivo: A empresa encontra-se inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.2", pois não apresentou Balanço Patrimonial na forma da Lei (sem os termos

		de abertura e encerramento e, as demonstrações contábeis), conforme exigido no Edital. (consultado SICAF)
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 13:18:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 14:25:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98.
Recusa de proposta	03/02/2022 15:02:28	Recusa da proposta. Fornecedor: EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3,3700. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011791805: "informamos que a amostra do item 70 foi REPROVADA pela equipe técnica do Laboratório Municipal por apresentar uma sensibilidade (96%) inferior ao solicitado no Edital".
Recusa de proposta	03/02/2022 15:03:10	Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D, CNPJ/CPF: 22.360.182/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3,9000. Motivo: Questionada por e-mail quanto ao interesse no fornecimento do item 70, a empresa respondeu (conforme anexo SEI 0011852947): "Boa tarde, obrigado pelo contato. Não temos interesse."
Recusa de proposta	03/02/2022 15:18:02	Recusa da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 4,0900. Motivo: Conforme chat: "Boa tarde. Infelizmente não temos interesse em aceitar o item 70. O nosso fornecedor nos passou recentemente que devido a alta demanda de Covid-19, estão reduzindo a produção dos outros testes rápidos, portanto, não teremos condições de assumir o item. "
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 15:39:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 15:44:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Recusa de proposta	03/02/2022 15:53:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4,9000. Motivo: O Edital pede SENSIBILIDADE: > 97,5% e o manual produto ofertado diz "Sensibilidade relativa: 210/222=>94,6%", ou seja, abaixo do esperado, portanto, não atende ao exigido no Edital.
Recusa de proposta	03/02/2022 16:12:54	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.021.151/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 6,0000. Motivo: Conforme chat: De acordo com o Parecer Técnico nº 10/20 as amostras do mesmo produto e marca foram reprovadas pelo Laboratório Municipal deste município. Conforme MEMORANDO SEI Nº 6273652/2020 - SES.UFL.LAB e o Parecer Técnico em anexo 6275135. Nestes termos a empresa pede desclassificação.
Cancelado no julgamento	03/02/2022 16:13:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/12/2021 13:26:43	Este pregão foi reagendado para 20/12/2021 08:30.
Sistema	17/12/2021 13:26:43	Sr(s) fornecedor(es), o item 70 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	17/12/2021 13:32:53	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras apresentadas será realizada na segunda-feira, dia 20/12/2021, às 08:30 horas.
Pregoeiro	20/12/2021 08:29:18	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	20/12/2021 08:29:45	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011465429: "informamos que a amostra do item 70 foi avaliada pela equipe técnica do Laboratório Municipal e REPROVADA, pois a sensibilidade (93,6%) é inferior ao que foi

		solicitado no Edital.
Pregoeiro	20/12/2021 08:30:10	Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 08:30:18	Para BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 08:31:51	Para BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO - Vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?
Pregoeiro	20/12/2021 08:36:14	Para BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO - Aliás, amostras da marca WAMA já foram analisadas pelo Laboratório e foram reprovadas, conforme documento SEI 0010843767.
Pregoeiro	20/12/2021 08:37:20	Para MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 08:37:29	Para MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - Vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?
Pregoeiro	20/12/2021 08:41:29	Para MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - Aliás, vossa empresa encontra-se inabilitada, mesmo que tenha atualizado o balanço no SICAF, ainda estão ausentes os termos de abertura e encerramento do exercício de 2020.
Pregoeiro	20/12/2021 08:42:36	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 08:42:53	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - Vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?
05.343.029/0001-90	20/12/2021 08:48:11	Bom dia, prezados
05.343.029/0001-90	20/12/2021 08:49:02	Só um momento, por favor.
Pregoeiro	20/12/2021 08:50:03	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - Aguardo.
Pregoeiro	20/12/2021 08:53:50	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - Aguardo.
05.343.029/0001-90	20/12/2021 08:55:37	Seguem as características de desempenho do nosso produto: Sensibilidade relativa: 94,6% Especificidade relativa: 99,3% Precisão: 98,3%
Pregoeiro	20/12/2021 08:57:22	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - Então, a sensibilidade (94,6%) é inferior ao que foi solicitado no Edital.
Pregoeiro	20/12/2021 09:00:33	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 09:06:03	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aliás, vossa empresa encontra-se inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.2", pois não apresentou Balanço Patrimonial na forma da Lei (sem os termos de abertura e encerramento e, as demonstrações contábeis), conforme exigido no Edital. (consultado SICAF)
Pregoeiro	20/12/2021 09:07:14	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	20/12/2021 09:07:17	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?

08.232.826/0001-98	20/12/2021 09:12:08	Bom dia Sr. Pregoeiro, um momento por favor,
Pregoeiro	20/12/2021 09:13:56	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Aguardo.
Pregoeiro	20/12/2021 09:30:49	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, continuo no aguardo de vossa manifestação.
Pregoeiro	20/12/2021 09:32:27	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - No manual, constante no site da Anvisa para o registro nº 80027310278, essas informações não são claras.
08.232.826/0001-98	20/12/2021 09:37:07	Estamos verificando, só instante.
Pregoeiro	20/12/2021 09:55:35	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, continuo no aguardo de vossa manifestação.
Pregoeiro	20/12/2021 10:24:21	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, conseguem me dar um prazo para conseguirem me passar a resposta?
08.232.826/0001-98	20/12/2021 10:27:25	Estamos consultando o fabricante.
Pregoeiro	20/12/2021 10:29:49	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Conseguem a resposta até as 13:00 horas?
Pregoeiro	20/12/2021 10:35:58	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Suspendo a sessão até as 13:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 10:36:10	Suspendo a sessão até as 13:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 13:01:23	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Pregoeiro	20/12/2021 13:02:04	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, aguardo vossa resposta ao questionamento sobre o atendimento ao exigido no Edital para o item 70.
08.232.826/0001-98	20/12/2021 13:08:12	Conforme informação contida na Instrução de Uso do produto Sangue Oculto (FOB -Ref. 30.011.00) marca BioTécnica Ltda., registrado no Ministério da Saúde sob número 80027310278, podemos afirmar que: Sobre a sensibilidade do teste: O Limite de detecção é de 0,05 µg/mL, o que atende ao mínimo estabelecido de 97,5% considerando que concentrações entre 0,05 e 40
08.232.826/0001-98	20/12/2021 13:09:42	Boa tarde Sr. Pregoeiro, foi está informação que o fabricante nós passou.
Pregoeiro	20/12/2021 13:17:51	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Favor apresentar a proposta atualizada. Estarei encaminhando para análise técnica do Laboratório.
Sistema	20/12/2021 13:18:19	Senhor fornecedor EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Pregoeiro	20/12/2021 13:19:41	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Favor atentar para o subitem 8.9.1 e 8.9.2 do Edital.
Sistema	20/12/2021 14:25:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98, enviou o anexo para o item 70.
Pregoeiro	20/12/2021 16:21:18	Suspendo a sessão até amanhã, dia 21/12/2021, as 10:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	21/12/2021 10:03:27	Bom dia Senhores! Ainda não recebi a análise do Laboratório, portanto, prorrogo a sessão para as 16:00 horas.
Pregoeiro	21/12/2021 16:03:16	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	21/12/2021 16:04:05	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, precisamos que nos informem se o produtos atende a seguinte especificação: ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%.
Pregoeiro	21/12/2021 16:15:30	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
08.232.826/0001-98	21/12/2021 16:30:07	Boa tarde, Sr. Pregoeiro!
08.232.826/0001-98	21/12/2021 16:30:35	Segue, informações do fabricante: rme informação contida na Instrução de Uso do produto Sangue Oculto (FOB -Ref. 30.011.00) marca BioTécnica Ltda., registrado no Ministério da Saúde sob número 80027310278, podemos afirmar que: Sobre a sensibilidade do teste: O Limite de detecção é de 0,05 µg/mL, o que atende ao mínimo estabelecido de 97,5% considerando que c

08.232.826/0001-98	21/12/2021 16:33:19	concentrações entre 0,05 e 4000 µg/mL são detectáveis sem apresentar efeito pró-zona de alta dose. Sobre a especificidade analítica do teste: O produto determina especificamente a hemoglobina humana, não sendo observadas reações cruzadas com hemoglobina de carneiro, de frango, de boi, de cavalo e de porco em concentrações menores que 500 µg/mL, o que atende
08.232.826/0001-98	21/12/2021 16:34:45	o que atende o estabelecido de no mínimo 99,0%. Sobre a precisão do teste: Foi determinada utilizando uma amostra com concentração de 0,05 µg/mL de hemoglobina humana, em 20 replicatas. Os resultados obtidos apresentaram concordância com os esperados, o que atende ao mínimo estabelecido de 98,0%.
Pregoeiro	21/12/2021 16:36:54	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	21/12/2021 16:37:41	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011509661: "Necessidade de solicitação de amostra, conforme item 12 da Errata do Edital: no mínimo 40 (quarenta) unidades em embalagem original e lacrada."
Pregoeiro	21/12/2021 16:38:03	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 70.
08.232.826/0001-98	21/12/2021 16:39:28	Ok. Obrigada.
Pregoeiro	21/12/2021 16:39:54	Suspendo a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. Estejam conectados.
Pregoeiro	02/02/2022 09:40:15	Comunico que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras apresentadas (item 70) será realizada na quinta-feira, dia 03/02/2022, às 15:00 horas.
Pregoeiro	03/02/2022 13:34:51	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	03/02/2022 15:01:57	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	03/02/2022 15:02:09	Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Item 70 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011791805: "informamos que a amostra do item 70 foi REPROVADA pela equipe técnica do Laboratório Municipal por apresentar uma sensibilidade (96%) inferior ao solicitado no Edital".
Pregoeiro	03/02/2022 15:02:44	Para RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D - Questionada por e-mail quanto ao interesse no fornecimento do item 70, a empresa respondeu (conforme anexo SEI 0011852947): "Boa tarde, obrigado pelo contato. Não temos interesse."
Pregoeiro	03/02/2022 15:03:24	Para A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	03/02/2022 15:07:44	Para A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - Senhores, estão acompanhando a sessão?
22.627.453/0001-85	03/02/2022 15:09:35	Boa tarde, vamos verificar a possibilidade.
Pregoeiro	03/02/2022 15:10:26	Para A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - Favor verificar se vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?
22.627.453/0001-85	03/02/2022 15:14:42	Boa tarde. Infelizmente não temos interesse em aceitar o item 70. O nosso fornecedor nos passou recentemente que devido a alta demanda de Covid-19, estão reduzindo a produção dos outros testes rápidos, portanto, não teremos condições de assumir o item.
Pregoeiro	03/02/2022 15:15:27	Para A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	03/02/2022 15:18:41	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	03/02/2022 15:24:52	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
02.472.743/0001-90	03/02/2022 15:26:24	Sr. pregoeiro, boa tarde! Um instante por gentileza enquanto verifico.

Pregoeiro	03/02/2022 15:31:03	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Aguardo.
02.472.743/0001-90	03/02/2022 15:35:49	Sr. pregoeiro, gentileza abrir o anexo para o envio da proposta e a bula
Pregoeiro	03/02/2022 15:37:22	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Vosso produto atende as exigências contidas no Anexo I do Edital para este item? Como: SENSIBILIDADE: > 97,5%, ESPECIFICIDADE: > 99,0%, PRECISÃO: 98,0%. APRESENTAÇÃO: CASSETE/ TIRA (KIT COM 20 A 50 TESTES); KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE; ARMAZENAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE; RESULTADO DO TESTE EM 5 A 10 MINUTOS ?
02.472.743/0001-90	03/02/2022 15:39:24	Por favor abrir o anexo para o envio e análise do item
Sistema	03/02/2022 15:39:58	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Pregoeiro	03/02/2022 15:40:43	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - É necessário que atenda as especificações do item.
Sistema	03/02/2022 15:44:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 70.
Pregoeiro	03/02/2022 15:51:09	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - De acordo com o manual: Sensibilidade relativa: $210/222 \Rightarrow 94,6\%$ (95% IC*: 90,7%~97,2%); Especificidade relativa: $850/856 \Rightarrow 99,3\%$ (95% IC*: 98,5%~99,7%); Precisão: $(210+850)/(210+6+12+850) = 98,3\%$ (95% IC*: 97,4%~99,0%).
Pregoeiro	03/02/2022 15:52:56	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - O Edital pede SENSIBILIDADE: > 97,5% e o vosso produto diz Sensibilidade relativa: $210/222 \Rightarrow 94,6\%$, ou seja, abaixo do esperado, portanto, não atende ao exigido no Edital.
Pregoeiro	03/02/2022 15:54:03	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Senhores, vossa empresa, como próximo colocada nos lances, ainda tem interesse no fornecimento do item 70?
Pregoeiro	03/02/2022 15:55:00	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
12.021.151/0001-05	03/02/2022 16:01:02	boa tarde!
12.021.151/0001-05	03/02/2022 16:02:07	Um minuto por gentileza
Pregoeiro	03/02/2022 16:04:37	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Já reabro o chat para vossa manifestação...
Pregoeiro	03/02/2022 16:05:45	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Reaberto...
12.021.151/0001-05	03/02/2022 16:10:27	conforme MEMORANDO SEI Nº 6273652/2020 - SES.UFL.LAB. a marca ebram foi inabilitada para uso no laboratório. De acordo com o Parecer Técnico em anexo 6275135, esse kit não foi aprovado para uso no Laboratório Municipal de Joinville. desta forma pedimos desclassificação
Pregoeiro	03/02/2022 16:11:13	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Senhores, de acordo com o Parecer Técnico nº 10/20 as amostras do mesmo produto e marca foram reprovadas pelo Laboratório Municipal deste município.
Pregoeiro	03/02/2022 16:11:32	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Obrigado pelo retorno.
12.021.151/0001-05	03/02/2022 16:12:26	ok. reprovada
Sistema	03/02/2022 16:13:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/02/2022 16:14:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/02/2022 às 16:50:00.
Pregoeiro	03/02/2022 16:14:41	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	03/02/2022 16:14:51	Declaro encerrada a sessão.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
--------	-----------	-------------

Volta de fase	17/12/2021 13:26:43	Para divulgação do resultado avaliação das amostras.. Reagendado para: 20/12/2021 08:30
Abertura do prazo	03/02/2022 16:13:04	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/02/2022 16:14:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/02/2022 às 16:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:57 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 04 dias de fevereiro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 001/2022**, documento SEI nº 0011532106, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0011867173, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 160/2021**, destinado a **Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 04/02/2022, às 14:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 04/02/2022, às 14:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 04/02/2022, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011867213** e o código CRC **4397CA45**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.121176-3

0011867213v2

0011867213v2