



MEMORANDO SEI Nº 26343457/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 05 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26336804, seguem as análise solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Projeto, Ficha Técnica/Print de Tela	11 - Amostragem	Parecer
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	Unidade	MED MED COM ERCI O DE MAT ERI AIS HOS PITA	DEJ AM AR O	Apresentou descrição resumida	81605660002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	----- -----	Apresentou, porém, não trás várias	EXIGE	A empresa indicou descrição resumida do item

	<p>GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal</p>		LARES LTD A						informações do edital		na proposta e a ficha apresentada trás poucas informações do avental.	<p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Qual a gramatura do produto ofertado? 2- Qual o comprimento das mangas? 3- Qual a largura do avental ofertado? 4- Qual o comprimento do
--	---	--	-------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---	---

