

MEMORANDO SEI N° 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **453/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Marca	Parecer
63	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	M2LIFE/ modelo EQP2.2	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0023988734
64	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	M2LIFE/ modelo EQP2.2	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0023988734

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 19/12/2024, às 07:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023989001** e o código CRC **6BCCF6FD**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 453/2024

ITEM: 63 e 64

10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFURANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS. PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA.

FORNECEDOR: SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: M2LIFE modelo EQP2.2

LOTE: 20231020-1

REGISTRO (ANVISA): 81911939018 da amostra

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS	☒ ATENDE () NÃO ATENDE
UMA PONTA PERFURANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA	☒ ATENDE () NÃO ATENDE

GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS	
PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO	(X) ATENDE () NÃO ATENDE
JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA	(X) ATENDE () NÃO ATENDE

CONCLUSÃO

Aprova o produto (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Usuário relata que ponteira escalonada com
boa fixação e não solta da sonda.

DATA: 18/12/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Coordenadora UBSF João Costa
COREN/SC 109117 / Mat. 40494