



## MEMORANDO SEI Nº 0023068113/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de outubro de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 391/2024.

**Objeto:** Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0023000293 segue análise técnica solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
-	5	23128 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO INFANTIL MEDIDAS 130 CM X 70 CM X 10 CM (C X L X A), CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DENSIDADE 23, COM CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL, COM ZIPER E ILHOSES. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.	Unidade	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF BERÇO 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos:  1. Medidas 130 cm x 70 cm x 10 cm (C X L X A);

									2. Confeccionado em espuma de poliuretano; densidade 23; 3. Com zíper e ilhoses	
-	6	14354 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA USO EM CAMA FAWLER MEDIDAS 188 X 78 X 12 CM, DENSIDADE 33, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EM UMA SÓ PEÇA, REVESTIDO EM COURVIN, LAVÁVEL, SEM COSTURA NAS QUINAS LATERAIS. CAPAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE EVITANDO QUALQUER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E CONTAMINAÇÃO. PERMITIR HIGIENIZAÇÃO DIARIAMENTE.	Unidade	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF HOSPITALAR 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos:  1. Medidas 188 X 78 X 12 CM; 2. Densidade 33; 3. Confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça; 4. Lavável; 5. Sem costura nas quinas laterais; 6. Capas soldadas eletronicamente evitando qualquer penetração de líquido e contaminação; 7. Permitir higienização diariamente.
-	7	18872 - COLCHONETE PARA MACA ADULTO, 1,88 MT X 0,80 MT 0,05 MT COLCHONETE PARA MACA ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88 MT (COMPRIMENTO) X 0,80 MT (LARGURA) X 0,05 MT (ALTURA), REVESTIDO DE COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA	Peça	OUROFLEX COMERCIAL LTDA	OUROFLEX	OUROFLEX Modelo OF MACA 01	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou. Documentação técnica não deixa claro o atendimento a todas as exigências do edital.	A documentação técnica apresentada pela empresa não deixa claro o atendimento a diversos pontos exigidos no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende os seguintes requisitos:

		CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confeccionado em espuma flexível de poliuretano;</li> <li>2. Densidade 33;</li> <li>3. Com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira);</li> <li>4. Com zíper reforçado na costura;</li> <li>5. Capa confeccionada sem recortes;</li> <li>6. Soldada eletronicamente, sem viés ou debruns.</li> </ol>	
-	8	909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30% POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL. LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEM ZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DE APROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES.	PC	ALDREY PAUCIO DA SILVA	Rilassaria Cód 2190	Travesseiro	De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de registro.	Apresentou, de acordo.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

A análise dos demais itens será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 04/10/2024, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023068113** e o código CRC **1A86EF1E**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

24.0.147899-4

0023068113v17