

MEMORANDO SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME

Joinville, 23 de junho de 2025.

À SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 235/2025

**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

Prezado,

Em resposta ao memorando SEI 25767298 venho por meio deste, encaminhar análise quanto:

| Item | Material/Serviço  | Unidade Medida | Fornecedor   | Marca                   | Modelo     | Descrição de acordo com o edital?   | Prospecção/técnica  | Registro Anvisa                   | Amostragem? | Parecer   |
|------|---|----------------|--|-------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|-------------|---|
| 3    | 3919654 - ALGINATO EM PO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA 500 GR PARA MOLDAGEM EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC T           | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | HYDROGUM / ZHERMACK SPA | 55-C302025 | Em desacordo com o edital. Apresenta características técnicas do material da marca comercial Jeltrate Dustless. Quantidade por unidade é de 410 gr, enquanto no Edital é solicitado o 500gr | <u>Em desacordo com o edital.</u> Ficha técnica apresentada é relativa ao material Jeltrate Dustless e não ao HYDROGUM / ZHERMACK SPA | 80745400039 vigente em 23/06/2025 | não         | Diligenciar.<br>Solicitar ao fornecedor o envio de documentação correta para análise. |

Sem mais, a SES.UAD.CAME, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 24/06/2025, às 06:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25855111** e o código CRC **2738E04E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.072453-5

25855111v9