

MEMORANDO SEI Nº 29909136/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de junho de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação (SEI ° 29800038) segue a análise da amostra recebida:

nº	Empresa	Item	Parecer
25	KORAL HOSPITALAR LTDA	910069 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 10 CM CURATIVO DE POLIURETANO SE MIPERMEAVEL HIPOALERGENICO, ESTERIL. TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM	Amostra reprovada conforme SEI nº 29884501.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 22/06/2026, às 15:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29909136** e o código CRC **6B3E4971**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

29909136v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 25

910069 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 10 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL HIPOALERGENICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: KORAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: PROTECTFILM/ PHARMAPLAST PRFS1012

LOTE: 10 019H25

REGISTRO (ANVISA): 80327910003

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não é resistente a umidade interna, solta com facilidade

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: As utilizam percebeu-se uma má fixação na pele, solta não com facilidade

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Tem boa fixação em áreas com maiores articulações, ocasionando despreendimento, e também não resiste em locais do corpo que apresentam umidade / sudorese.

DATA: 19/06/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Lisandra M. L. Ferreira
Enfermeira
COREN-SC 777300