



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2021

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Suporte Ventilatório para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal São José

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 12 de julho de 2021 às 17:03h (documento SEI 9800656).

1º Questionamento: (...) *Gostaria de esclarecer o item 112 do PE 144/2021, que conforme segue abaixo solicita filtro para 600 horas de uso, precisamos esclarecer se é mesmo 600 horas, pois o meu filtro hepa é para 24 horas.*

Resposta: Informamos que o referido questionamento foi enviado para a equipe técnica, conforme Memorando SEI nº 9800677, sendo respondido através do documento SEI nº 9819036, do qual extrai-se:

A empresa questiona o descritivo do item 112, que solicita permanência de uso por no mínimo 600 horas, e indica que possui produto para 24 horas.

Esclarecemos que o produto em questão será utilizado nos equipamentos de ventilação mecânica, sem conexão com a via aérea do paciente; o filtro em questão será conectado no ventilador, não entre o circuito e o tubo orotraqueal, servirá para proteger o equipamento de contaminações; em relação ao tempo de uso, este deve possuir o mínimo de 600 horas, que é um tempo adequado para este tipo de equipamento, que não tem contato com a via aérea do paciente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 15/07/2021, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9835047** e o código CRC **0E553EED**.



Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.111734-1

9835047v4