



MEMORANDO SEI Nº 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de janeiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024140536), segue análise da manifestação da empresa Maria Eduarda dos Santos Vicente em relação ao item 73:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
73	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME	Unidade	MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE	MEDIX / VITALGOLD	De acordo	10296900113- registro vigente, referente a vários modelos de equipos multivias, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, na imagem do produto constante na ficha técnica é possível verificar que a conexão macho é luer slip; a ficha técnica não trás informações acerca de tampas sobressalentes.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitada a confirmação que o produto ofertado atende às seguintes exigências do edital: 1- Tampas sobressalentes (4 no total); 2- Possui conectores luer-lock macho. No retorno, a empresa informou " <i>Bom dia</i>	Frente à manifestação da empresa de que o produto não atende as exigências do edital, a proposta está desclassificada.

TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%							prezado, infelizmente não possui, e vimos que a marca ofertada já foi desclassificada".	
---	--	--	--	--	--	--	---	--

Passamos à análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda referente ao item 35:

Item	Material/Serviço	Empresa	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
35	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda	Válido até 31/12/2025- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/01/2025, às 13:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024143191** e o código CRC **1ABFAC8C**.