

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO nº 166/2026

Objeto: Aquisição de mantas térmicas.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 17 de junho de 2026 às 16h 48min (documento SEI nº 29862279).

1º Questionamento: *"Itens 01, 02 e 03 (Manta de Aquecimento): O uso do produto deve ser posicionado sob ou sobre o paciente?"*.

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Compras, Contratos e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 29880512/2026 - HMSJ.CAOP,

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao memorando supracitado, referente ao Pedido de Esclarecimento realizado pela Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, informamos que para os itens 1 e 3 a manta será utilizada **sobre** o paciente, haja vista a exigência de "*faixa adesiva para fixação na pele*" fixado no descritivo.

Com relação ao item 2, a manta será utilizada **sob** o paciente, tendo em vista a exigência de "*faixa adesiva para fixação na mesa cirúrgica*", conforme descritivo fixado em edital.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Pregoeira - Portaria nº 513/2025 - SEI nº 27355692



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 19/06/2026, às 08:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29880639** e o código CRC **48A55771**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.074987-4

29880639v2