

MEMORANDO SEI Nº 30602901/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 19 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Em resposta à convocação SEI nº 30397441, segue a relação de amostras recebidas e analisadas:

Item	Código	Denominação	Empresa	Parecer
08	911803	BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR. COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLÁ-LO. LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI N° 30602883

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 19/08/2026, às 10:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30602901** e o código CRC **68F426B1**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
8	BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR, COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLÁ-LO, LIVRE DE LÁTEX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 244/2026

SETOR TESTE: Hemodinâmica

MARCA: CLEAR FUSE

FORNECEDOR: Net Medical

LOTE: 260074

FABRICANTE: Dessillons & Dutrillaux

REGISTRO ANVISA:

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: *O fito direta de contato de Insuflação, Abrangente todo o fiasco de solução. Silicone resistente. Manômetro com boa visualização e destaque. Perna + sistema robusto, prática para regulação de controle de Insuflação.*

CONCLUSÃOAPROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Rossano F. de S. Cruz
160809
ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
DATA: __/__/__

Rossano F. de S. Cruz
Enfermeiro
CORE 160809