



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 406/2020

Aquisição de Materiais de Enfermagem IV para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José

ESCLARECIMENTO I

Recebido em 11 de dezembro de 2020 às 10h46 (SEI 7876950)

Questionamento: (...) 1 - Está sendo solicitado no item 036 do edital: 917690 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ELASTICA, DE SILICONE, 109 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTANIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIOS NA PONTA DISTAL DA Sonda PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A Sonda E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PONTA DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.

Temos para ofertar a Sonda Nasoenteral CH 12 com tubo biocompatível feito em poliuretano, e ponta em ogiva flexível com 2 aberturas laterais; atendendo as demais solicitações do descritivo.

Questiona-se: Podemos participar com os produtos conforme descritos acima? Uma vez que trata-se de produto de alto e consistente nível de qualidade, e o mesmo atenderá a necessidade para o qual se destina.

Resposta: Conforme resposta apresentada pela área técnica, encaminhada por meio do Memorando SEI 7907959/2020 - SES.UCC.ACM, "(...) *verificamos que já utilizamos nesta Administração sondas confeccionadas tanto em silicone quanto em poliuretano, e as duas atenderam as necessidades assistenciais; sendo assim, há a possibilidade de aceite do material proposto; em relação aos orifícios, verificamos que a descrição do item solicita orifícios na ponta distal da sonda, porém, sabe-se que as sondas enterais possuem aberturas laterais, próximos a extremidade que possui o peso; entendemos que a redação do item prejudica a interpretação pelos licitantes, havendo assim, a necessidade de publicação de errata*".

Assim, registra-se que foi publicada a Errata SEI 7911827 para a alteração citada.

Camila Cristina Kalef
Pregoeira
Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por **Camila Cristina Kalef, Servidor(a)**



Público(a), em 17/12/2020, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7917527** e o código CRC **AD1C03E4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.160350-3

7917527v4