



OFÍCIO SEI Nº 30499647/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 10 de agosto de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade de Licitações

Assunto: Resposta ao Memorando SEI Nº 30498573/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao memorando supracitado, referente a proposta comercial apresentada pela empresa MED IMPORTS DO BRASIL LTDA, através dos Anexo SEI nº 30491887, 30498549 e 30498565, referente ao processo destinado à *"Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Videolaringoscópio Portátil"*, servimo-nos do presente expediente para responder o que segue:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Análise técnica
1	47439 - VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA TODOS OS TIPOS DE INTUBAÇÕES, INCLUSIVE INTUBAÇÕES ENDOTRAQUEAIS DIFÍCEIS. - COM SISTEMA DE VÍDEO; - SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO); - CÂMERA RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1080X720; - MONITOR PORTÁTIL COM DISPLAY (TELA) DE NO MÍNIMO 2,5" HD; - COM FONTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDADE; - TELA ANTIRREFLEXIVA COLORIDA; - ENERGIA FORNECIDA ATRAVÉS DE BATERIA, DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE USO CONTINUO DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; - O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR DOWNLOAD DE DADOS, FOTOS E VÍDEOS ARMAZENADOS; - ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CARREGAMENTO DA BATERIA, BOLSA PARA TRANSPORTE E AS SEGUINTE LÂMINAS METÁLICAS REUTILIZÁVEIS : 02 (DUAS) MACINTOSH TAMANHO 3 (ADULTO PEQUENO), 02 (DUAS) MACINTOSH TAMANHO 4 (ADULTO GRANDE), 02 (DUAS) LÂMINAS D-BLADE (VIAS AÉREAS DIFÍCEIS); AS LÂMINAS DEVEM SER PASSÍVEIS DE SER SUBMETIDA A PROCESSOS DE DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. - O	SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CORERA Y	• Possibilidade de uso em intubações difíceis: Aprovado, conforme página 29 do Anexo SEI n. 30498565; • Sistema de vídeo: Aprovado, conforme Anexo SEI n. 30498565; • Sistema anti embaçamento: Aprovado, conforme página 24 do Anexo SEI n. 30498565; • Câmera de resolução mínima de 1080x720: Aprovado, conforme página 32 do Anexo SEI n. 30498565; • Monitor com tela de no mínimo 2,5" HD: Reprovado, conforme página 32 do Anexo SEI n. 30498565, a resolução da tela de LCD é de 800X480, inferior às resoluções consideradas HD; • Fonte de luz de LED de alta intensidade: Aprovado, conforme página 33 do Anexo SEI n. 30498565;

EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - POSSUI REGISTRO ANVISA.			• Tela Antirreflexiva colorida: Não informado; • Bateria de Íons de Lítio recarregável: Aprovado, conforme página 33 do Anexo SEI n. 30498565; • Autonomia mínima de 120 minutos: Aprovado, conforme página 16 do Anexo SEI n. 30498565; • Permite downloads de dados, fotos e vídeos: Aprovado, conforme página 24 do Anexo SEI n. 30498565; • Fonte de alimentação para carregamento da bateria: Aprovado, conforme página 32 do Anexo SEI n. 30498565; • Bolsa de transporte: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549 • Lâminas metálicas reutilizáveis, passíveis de esterilização e desinfecção: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549; • Macintosh tam 3 - 2 Unidades: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549; • Macintosh tam 4 - 2 Unidades: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549; • D-Blade (vias aéreas difíceis) - 2 Unidades: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549; • Manual em Português: Aprovado, conforme Anexo SEI 30498549; • Registro ANVISA: Aprovado, conforme página 12 do Anexo SEI 30491887;
--	--	--	--

Após análise completa da proposta, informamos que o equipamento ofertado **não atende integralmente ao edital, no que tange a tela possuir qualidade HD.**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 11/08/2026, às 14:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30499647** e o código CRC **06BD9A99**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

26.0.157463-6

30499647v7