

MEMORANDO SEI Nº 29863766/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 18 de junho de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI nº 29857823 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
26	909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 25 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	HYDROFILM / PAUL HARTMANN	10X25 CM	De acordo	80170310108, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 18/06/2026.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 18/06/2026, às 06:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29863766** e o código CRC **82FEA9DF**.