

MEMORANDO SEI Nº 26275476/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 29 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Sra. Giovanna Catarina Gossen

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 124/2025.

**Objeto:** Locação de equipamento(s), com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos, para a realização de exames de Hematologia e Coagulação, mediante número de exames realizados pagos por teste reportado.

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 26274367 - SAP.LCT, encaminhamos a análise técnica da Proposta Comercial apresentada pela empresa arrematante do lote 1 do Pregão Eletrônico 124/2025.

Lot e Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
1 1	2965 - HEMOGRAMA COM PLAQUETA OTICA E RETICULOCITOS	J R EHLKE E CIA LTDA J R EHLKE E CIA LTDA	MINDRAY	BC-6200	ATENDE - ver análise detalhada abaixo	80943610030 80102512001 80102512006 80102512004 80102512002 80102512005 80102511729 80102512000 80102511997 80102511729	Sim	Proposta classificada
1 2	26902 - Locação de analisador(es) hematológico(s) automático(s) - conforme descritivo(s) do Edital					80102510725 - EQUIPAMENT O - Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa		

**a) Descritivo**

**LOTE 1: HEMATOLOGIA para LMJ e LHSJ:**

Características do(s) Equipamento(s) e Quantitativos de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos estimados a serem fornecidos.

São necessários 2 (dois) equipamentos iguais, 1 (um) para o LMJ e 1 (um) para o LHSJ, com as seguintes características mínimas:

a) 1 (um) analisador hematológico automático com velocidade que permita análise de no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) amostras/hora no modo automatizado;

**Serão 04 (quatro) equipamentos iguais, 02 (dois) para o LMJ e 02 (dois) para o LSHJ, cada um com capacidade para 110 testes/hora, conforme previsto na Observação 2 do edital, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

b) Parâmetros: no mínimo 30 (trinta) parâmetros diferenciais para amostras de sangue total; **37 parâmetros, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

c) Utilização do tubo primário com identificação automática de código de barras; **Sim, pág. 3, Proposta Comercial SEI 26274308.**

d) Metodologias: impedância, fotometria, citometria de fluxo, citometria de fluxo fluorescente; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

e) Possuir canal óptico ou módulo especial para contagem de plaquetas por método óptico em até 5% dos hemogramas; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

f) Permitir a realização da contagem automatizada de reticulócitos em até 5% dos hemogramas; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

g) Com contagem de NRBC (glóbulos vermelhos nucleados) e granulócitos imaturos em número percentual e absoluto em todos os hemogramas; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

h) Interfaceamento bidirecional; **Sim, pág. 176, Proposta Comercial SEI 26274308.**

i) Capacidade de processamento de amostras em módulo manual; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

j) Capacidade de processamento em micro-amostragem; **Sim, pág. 2, Proposta Comercial SEI 26274308.**

k) Alarme para resultados e amostras alteradas; **Sim, pág. 130, Proposta Comercial SEI 26274308.**

l) Alarme para indicar finalização de reagentes; **Sim, pág. 131, Proposta Comercial SEI 26274308.**

m) Identificação da amostra por leitor de código de barras ou lista de trabalhos; **Sim, pág. 3, Proposta Comercial SEI 26274308.**

n) Controle de qualidade diário em no mínimo 3 (três) níveis (alto, normal e baixo); **Sim, pág. 71, Proposta Comercial SEI 26274308.**

o) Impressora externa compatível com o analisador; **Sim, pág. 4, Proposta Comercial SEI 26274308.**

p) Manual do equipamento e dos testes/parâmetros que serão executados no equipamento, em mídia ou impresso, e em língua Portuguesa do Brasil. **Sim, págs. 6 à 445, Proposta Comercial SEI 26274308.**

#### **b) Amostras:**

Conforme Edital SEI 25301586: "Quando solicitado pela CONTRATANTE, as empresas classificadas em 1º lugar e habilitadas deverão, previamente à efetivação do contrato, instalar os equipamento(s) cotado(s) e disponibilizar, obrigatoriamente, amostras dos kits/reagentes, insumos e acessórios necessários para a realização dos exames, em embalagem original, conforme o item e o quantitativo mínimo correspondente, para que seja realizada validação pela equipe técnica dos laboratórios, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. Todos os equipamentos deverão ter aprovação técnica, tanto pela CONTRATANTE, como através de trabalhos científicos da área em questão. As amostras deverão ser disponibilizadas conforme quantitativos a seguir:"

- 300 (trezentos) testes de hemograma completo com plaqueta ótica e reticulócitos, para o Lote 1;

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 30/07/2025, às 12:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26275476** e o código CRC **9560B343**.