

MEMORANDO SEI Nº 30705781/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30698468 e 30698818 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostragens?	Parecer
	33	46200 - CONECTOR Y ADULTO SEM FURO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTOR PARA TRAQUEIA, UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM POLÍMERO ATÓXICO FORMATO Y COM DIÂMETROS EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM A CADA ENTRADA, AUTOCLAVÁVEL A 134º C.	UN	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ANDRA MED	De Acordo	80899380007 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 28/08/2026	Apresentou ou prospecto referente ao item com cód." 160 1: <i>Conector em Y furado</i> ". O edital exige " <i>Conector em Y s/ furo</i> "	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente: 1. O prospecto referente ao Conector Y adulto sem furo;
										Análise Prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as

35	25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO..	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER MS804707-5	De acordo	80470750004, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). 3. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.	EXIGE	Resposta da Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, em resposta a empresa RS Distribuidora Hospitalar Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: "Bom dia Sr. Pregoeiro! O espaçador ofertado aceita temperatura de até 80 graus. A proposta não atende a exigência: Resistente à desinfecção em altas temperaturas; Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
	24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE								

39	APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA; ANESTESIA; CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA RESPONSÁVEL TÉCNICO.	UN	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BECAR E	De Acordo	80808489010 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2022	Apresentar ou o prospecto ofertando o item com: 3- Conector 22F / 15M nas duas entradas. O edital exige: "entrada 22 M / 15 F e saída: 22 F.	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1-Entrada 22 M / 15 F e saída: 22 F. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
									Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme a 1ª Diligência:

-	40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE , FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO DE INSERÇÃO DE FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	gcmedica	Apresentou descrição resumida do item.	10150470640, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Resposta da 2ª Diligência: Conforme memorando sei 30698468, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30698350 e se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor, estamos solicita a fabrica a ficha técnica completa, porem adiantamos que a composição interna do produto é em interno Polietileno revestido de Polivinila".</i> No Prospecto apresentado em anexo não se encontram as informações relatadas via chat. Parecer final: Análise condicionada a empresa apresentar documentação comprobatória
---	----	---	----	---	----------	--	---	---

								de que o item atende a exigência do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno. Caso não seja comprovado o atendimento ao requisito, a proposta será reprovada.
		4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA	JF COMERCIO DE MATERIA		Apresentou	10150470640, Registro Ativo Vigente	Apresentou o prospecto o o item em	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596132. Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Resposta da 2ª Diligência: Conforme memorando sei 30698468, a

-	41	SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	L MEDICAMENTOS HOSPITA LTDA	Elaborado	descrição resumida do item.	confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	"POLIESTIRENO". O Edital exige que o item seja em "POLIETILENO".	----- -----	empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30698350 e se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor, estamos solicita a fabrica a ficha técnica completa, porem adiantamos que a composição interna do produto é em interno Polietileno revestido de Polivinila".</i> No Prospecto apresentado em anexo não se encontram as informações relatadas via chat. Parecer final: Análise condicionada a empresa apresentar documentação comprobatória de que o item atende a exigência do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno. Caso não seja comprovado o atendimento ao requisito, a proposta será reprovada.
		919412 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL						Apresentou o prospecto de Máscara de Alta Concentr		Conforme documento sei 30698811,Apresentou o prospecto de Máscara de Alta Concentração com a descrição

46	TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 750 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA.	UN	CIRURGICA UNIAO LTDA	ADVANTIVE	De Acordo	10296900077 Registro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 28/08/2026	ação com a descrição resumida do item. Não sendo possível dar continuidade na análise pois não deixa claro o tamanho (adulto/infantil), as especificações e as medidas ofertadas exigidas no edital:	resumida do item. Não sendo possível dar continuidade na análise pois não deixa claro o tamanho (adulto/infantil), as especificações e as medidas ofertadas exigidas no edital: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente o prospecto referente ao item: 1- "Mascara de alta concentração de oxigênio infantil com reservatório".
	919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO		JF COMERCIO DE		Apresentou	80495519029,Ativo Vigente	Apresentou o prospecto com as medidas do reservatório. Não deixa claro a seguinte exigência do edital:	Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596186. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: "TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)" Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou

-	47	CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.	UNI D	MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	descriçã o resumid a do item.	confirma do no Portal ANVISA em 19/08/20 26	" TAMANHO APROXIMADO DA MÁSCARA (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)"	----- ----- apresentando o prospecto conforme anexo sei 30698372. Apresentou o prospecto com as medidas do reservatório. Não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1- "Tamanho aproximado da máscara: (alt. 10cm x larg. 8 cm x prof. 5 cm)." Parecer final: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital. 1- "Tamanho aproximado da máscara: (alt. 10cm x larg. 8 cm x prof. 5 cm)."
		22154 - MICRONEBULIZADO R PARA OXIGÊNIO						Apresentou no prospecto o " KIT NEBULIZADOR OXIGÊNIO ADULTO "	Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596229. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: extensão mínima de 160 cm. Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei

-	57	INFANTIL COM PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (INFANTIL) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	CONJ	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VITAL	Apresentou descrição resumida do item.	10296900071, Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	". Não sendo possível dar continuidade na análise. A empresa precisa apresentar o prospecto referente ao "MICRO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL", conforme o descritivo.	30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto. conforme anexo sei 30698391. Apresentou no prospecto "KIT NEBULIZADOR OXIGÊNIO ADULTO". Não sendo possível dar continuidade na análise. A empresa precisa apresentar o prospecto referente ao "MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL", conforme o descritivo. Parecer final: Classificação condicionada a empresa apresentar o prospecto referente ao "MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL" e confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo. 1. Extensão mínima de 160 cm.
		47290 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS							Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do

-	84	EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 31/08/2026	Apresentou	----- -----	item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO." Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto conforme anexo sei 30698429. referente ao Tubo Endotraqueal Sem Cuff Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
										Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os

-	85	47291 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL MEDICAL E HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495510046, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 31/08/2026	Apresentou	----- -----	seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA, conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO." Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto conforme anexo sei 30698429. eferente ao Tubo Endotraqueal Sem Cuff Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
---	----	--	----	---	-------	--	---	------------	----------------	--

-	87	47292 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA,	UN	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICA MENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	Apresen tou descriçã o resumid a do item.	8049551 0046, Registro Anvisa Ativo , confirmado no Portal ANVISA em 31/08/20 26	Apresent ou	Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596407. Apresentou o prospecto referente ao Tubo Endotraqueal Com Cuff, o edital exige "TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO." Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto conforme anexo sei 30698429. eferente ao

		ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.								Tubo Endotraqueal Sem Cuff Parecer final: O documento apresentado consta o tamanho exigido no descritivo. Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 31/08/2026, às 10:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30705781** e o código CRC **9AA8EEB8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30705781v28