

MEMORANDO SEI Nº 28580448/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de fevereiro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 436/2025.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão.**

Em atenção a Convocação (SEI nº 28313351), encaminhamos as informamos das amostras já analisadas nesta Secretaria da Saúde:

nº	Empresa	Item	Parecer
8	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	44202- CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Amostra aprovada conforme SEI nº 28459818, página 2.
16	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	44205- CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Amostra aprovada conforme SEI nº 28459818, página 1.
34	VOLARE COMERCIO LTDA	46094- INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP	Amostra aprovada conforme SEI nº 28459818, página 3.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/02/2026, às 18:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28580448** e o código CRC **214448EB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28580448v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025
ITEM:16

44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

MARCA: SAFE CATH/LARS MEDICARE

LOTE: 230684

REGISTRO (ANVISA): 80679519004

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Dequie e prática para abertura de forma
estéril

☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O cateter atende ao descritivo

☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Apresenta bisele afiado, e boa fluidez
do cateter, com bom retorno não machuca a pele da punção

☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 13/02/2026

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Adrieli Alves
Coren SC 002.016.289

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025

ITEM:08

44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal
FORNECEDOR: M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
MARCA: MODELO: INTRASET SAFE I 18 G X 45 MM CÓD.: 60D1811553 LOTE: 23132
REGISTRO (ANVISA): 80305569006
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Plástico, fácil de abrir, bem vedado protegendo bem o cateter.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bisel afiado, noto bom retorno venoso na hora da punção.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende bem a proposta

DATA: 12/02/2026

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Adrieli Alves
COREN: 2016289

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025

ITEM:34

46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS PROTETORAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO LTDA
MARCA: DESCARPACK
LOTE: SEUUAB009A
REGISTRO (ANVISA): 10330660230
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Difícil para abrir - mangueira muito pequena para separar os dois lados /
() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Bem explicativo.
(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: funcional
(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Aprova o produto

DATA: 11/02/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Maíliã C.M. Barata
06h 27 18 00.