



MEMORANDO SEI Nº 0024947349/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024946427), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE- Para os itens 38 , 39/40, 41	8.10 c) Prospe to, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
23	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CONFORTELL	Apresentou descritivo resumido	80451210012- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar: 1- Que o item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2; 2- Que o item ofertado é tamanho grande. No retorno, a empresa informou no chat "nosso item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2, e o tamanho é o grande." Porposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M² , 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	TEXCARE	De acordo	80963890002- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação do peso do produto. No retorno, a empresa informou no chat "<i>Conforme informado na ficha técnica, nosso produto ofertado tem o peso médio de 690g.</i>" O edital exige peso de 1.650 gramas/rolo. Proposta reprovada por ofertar item que não atende ao descritivo do edital.
59	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/ CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	PCT	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	De acordo	80698130002- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item ofertado possui peso mínimo de 490 gramas por pacote. No retorno a empresa informou no chat "<i>nosso produto nao possui 490 gramas.</i>" Proposta reprovada por ofertar item que não atende ao descritivo do edital.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

tem	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDIHOUSE	Conforme Análise SEI nº 0024933731, O edital exige ataduras com peso mínimo de 32,5 gramas por unidade e as amostras possuem peso de 18 gramas/unidade . Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/03/2025, às 12:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024947349** e o código CRC **48B33559**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024947349v7

**ANÁLISE SEI Nº 0024933731/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 24 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 14- - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM

DESCRIÇÃO	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
MARCA	MEDIHOUSE
REGISTRO ANVISA	10181829001
LOTE	156712
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige ataduras com peso mínimo de 32,5 gramas por unidade e as amostras possuem peso de 18 gramas/unidade

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende as necessidades assistenciais

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/03/2025, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024933731** e o código CRC **DA4A06DF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024933731v3