



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0018143613/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atendimento ao memorando SEI nº 0018125497/2023 SAP.LCT, segue análise técnica parcial:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende ao edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.11 Prospecto, Ficha técnica, Imagem de Site	Parecer
3	5435 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (4 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519081, não verificado.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital.
4	919991 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (5 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTERIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM MÁXIMO DE 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519081, não verificado.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital
5	5436 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (8 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO,	UNID	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	80495519081, não verificado.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital

	EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.							
6	916904 - ALMOTOLIA PLASTICA COR CLARA 250 ML ESCALA COM GRADUACAO, TAMPA TIPO BICO DE PATO, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	J PROLAB Jprolab mod. 0905-4	De acordo	Não regulado, SEI 0018111956, pág 14.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
7	910221 - ANUSCOPIO DESCARTAVEL FECHADO ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL FECHADO. UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA. PRODUTO COMPOSTO POR TRÊS PEÇAS: CORPO, EMBOLO E PONTEIRA FABRICADAS EM POLIESTIRENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST	De acordo	10237610004, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
8	25859 - ANUSCOPIO DESCARTAVEL FENESTRADO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA, COMPOSTO POR CORPO TRANSPARENTE COM FENESTRA, EMBOLO E PONTEIRA, FABRICADOS EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: DIÂMETRO PROXIMAL: 3,0 CM A 3,5 CM; DIÂMETRO DISTAL: 1,5 CM A 1,9 CM; COMPRIMENTO DO CORPO: 08 CM A 10CM; COMPRIMENTO DO ÊMBOLO: 13 CM A 15CM; ALTURA DA FENESTRA: 1,5 CM A 2,5 CM; LARGURA DA FENESTRA: 1,3 CM A 1,6 CM; EMBALAGEM COM ATÉ 30 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Kolplast mod. aberto	De acordo	10237610004, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
9	910270 - APARELHO DE BARBEAR/TRICOTOMIA DESC Aparelho de Barbear/Tricotomia descartavel com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, cabo plastico com textura antideslizante e capa de plastico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALCOR/Shanghai Yuechen Medical	De acordo	Isento.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital, apta a apresentar amostra.
10	916955 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/PEDIATRICO, PINO ACO INOX, DORSO EM	UNID	STOCK MED S.A	MEDIX CHINA QINGDAO (CHINA)	Não descreve todas as exigências do edital.	80495519005, não verificado.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do

	ESPUMA HIPOALERGICO, CONDUTOR GEL SOLIDO, CONTATO PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), FORMATO OVAL, EMBALAGEM UNITARIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTEUDO IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							edital.
12	917646 - ESPATULA DE AYRE (PACOTE COM 100 PECAS) EM MADEIRA DE COR NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PCT	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICAS LTDA	ESTILO	De acordo	8145313000, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
16	25196 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PREVENTIVO SEM LÂMINA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO	Unidade	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	FISRTLAB	De acordo	Isento.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital
18	917648 - FIXADOR PARA EXAME CITOPATOLOGICO 100 ML PARA USO EM FIXACAO DE ESFREGACOS CELULARES EM LAMINA , EMBALAGEM SEGURA TIPO AEROSOL/SPRAY CONTENDO 100 ML, CONTENDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	FRS	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Kolpofix mod.100ml	De acordo	10237610142, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
19	913473 - FRASCO GRADUADO COM TAMPA 1000ML FRASCO EM POLIETILENO, GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, GRADUADO A CADA 50 ML	FRC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL Cit24h1lt	De acordo	10379860088, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
20	912099 - FRASCO GRADUADO COM TAMPA PARA COLETA DE URINA CAPACIDADE 2000ML FRASCO EM POLIETILENO,	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL Cit24h2lt	De acordo	10379860088, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta

	GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, GRADUADO A CADA 100 ML							Classificada.
21	33477 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA 100 ML/ GR ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ISENTO DE SAL E DE IMPUREZAS COM PRINCIPIO ATIVO NAO MEDICAMENTOSO, VISCOSIDADE ADEQUADA PARA QUE NAO ESCORRA, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MULTIGEL / MULTIGEL	De acordo	80316110001, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
22	33478 - GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML/GR GEL PASTA ECG PARA MEIO DE CONTATO PARA CONDUCAO DE IMPULSO HIPOALERGENICO, ATOXICO, ISENTO DE PRINCIPIO ATIVO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MULTIGEL / MULTIGEL	De acordo	80316110002, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
23	41301 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 150 UNIDADES.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HIGIE TOPP Cotton line	De acordo	Não se aplica.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
34	910263 - RETOSIGMOIDOSCOPIO DESCARTAVEL RETOSIGMOIDOSCOPIO COM O CORPO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, TRANSPARENTE E CENTIMETRADO; EMBOLO FABRICADO EM POLIESTIRENO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 32 CM; DIAMETRO PROXIMAL ENTRE 2,0 E 2,2CM, DIAMETRO DISTAL ENTRE 1,8 E 2,0 CM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Vagispec	De acordo	10237610002, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

35	912443 - SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E ESTERILIZADO - FRASCO COLETOR EM PVC, TRANSPARENTE, GRADUADO, ATOXICO (120 ML). TAMPA COM VIAS (TORRES) PARA CONEXAO, ROSCA E ANEL DE VEDAÇÃO EM PEAD. ALÇA DE TRANSPORTE EM PVC; EXTENSÃO PARA CONEXAO COM A SONDA DE ASPIRAÇÃO OU ENDOSCOPIO EM PVC OU LATEX; CONECTOR CÔNICO PARA CONEXAO COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO DO VACUO HOSPITALAR; TUBO INTERNO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (PAPEL ADESIVO).	PC	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CREMER	De acordo	80245210209, não verificado.	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital
36	918789 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MODELO DE MEDICAO AXILIAR, LEITURA RAPIDA E PRECISA 02 A 04 MINUTOS, LEITOR E VISOR, SINAL SONORO, MEMORIA DE REGISTRO, BOTA O LIGA/ DESLIGA COM SISTEMA DE AUTODESLIGAR, ALIMENTACAO A BATERIA/PILHA, ESTOJO PROTETOR PARA ARMAZENAMENTO, APROVADO PELO INMETRO, CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL CONSTANDO MANUAL E OUTROS DADOS.	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CEPALAB	De acordo	80258029001, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
38	919677 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECIFICA PARA DETERMINACAO DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L, SOMENTE PARA DIAGNOSTICO "IN VITRO". EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM NO MAXIMO 100 TIRAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, CONTROLE INTERNO DO TESTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	CEPALAB Qingdao Biotech Hightop	De acordo	80258020031, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

39	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNID	AUTOMX SOLUCOES LTDA	Ningbo	De acordo	80901119009, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
----	---	------	----------------------	--------	-----------	---	------------	--

As análises dos demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/08/2023, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018143613** e o código CRC **BB0AB989**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.183452-7

0018143613v3