

**MEMORANDO SEI N° 0019828809/2024 - SES.GTO**

Joinville, 18 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 427/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais odontológicos para restauração.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue a lista de item por empresa, constituída com o descritivo do Anexo I do Edital:

Item	Material/Serviço	Amostras	Prospecto	Registro Anvisa	Fornecedor	Marca	Parecer
6	18301 - BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 5 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM	4 unidades	Apresentou prospecto	Isento	DENTAL MARIA	MICRODONT	Apto a fornecer

	SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO.		com imagem e características do produto		LTDA		amostras
13	918042 - HEMOSTATICO LIQUIDO SOLUCAO DE USO ODONTOLOGICO SEM IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM FRASCO ESCURECIDO COM 10 ML, CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Não solicitado	Apresentou prospecto com imagem e ficha técnica do material	Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	JULIANO DE COSTA LTDA	BIODINAMICA	Aprovado
14	25782 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. PURO, SOLUVEL EM ÁGUA E PROPILENOGLICOL, ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO COM MINIMO 10 G. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTO M.S./ANVISA	Não solicitado	Apresentou prospecto com imagem e ficha técnica do material	Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	JULIANO DE COSTA LTDA	BIODINAMICA	Aprovado

Atenciosamente;

Sergio Augusto Ruiz Bombonato
SES.GTO Apoio Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 18/01/2024, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019828809** e o código CRC **EBD683E4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.207530-1

