



Secretaria Municipal de Saúde

Gerência da Unidade de Vigilância em Saúde

Laboratório Municipal

Sistema

Laboratório
MUNICIPAL

Coordenação do



Parecer Técnico Nº 22/14

Produto: Tubo para coleta de sangue a vácuo 4 mL/ com anticoagulante Heparina

Marca: Vacuteiner

Setores Avaliadores: Coleta / Triagem

1. Apresentação da embalagem mantém a integridade do material?
(X) SIM () NÃO
2. As características físicas (vácuo, vedação da tampa) estão adequadas?
(X) SIM () NÃO
3. O tubo aspira o volume indicado? (X) SIM () NÃO
4. O tubo é de fácil manuseio? (X) SIM () NÃO
5. A borracha veda adequadamente a tampa do tubo? (X) SIM () NÃO
6. A visualização da amostra no momento da coleta é boa? (X) SIM () NÃO
7. A tampa do tubo sai facilmente para utilização do material biológico? (X) SIM
() NÃO
8. Tubo contém o anticoagulante? (X) SIM () NÃO
9. Foi observada presença de hemólise, fibrina ou coágulos? () SIM (X) NÃO
10. Os resultados obtidos a partir do material coletado neste tubo foram os esperados? (X) SIM () NÃO

Avaliação: (X) **Aprovado**

() **Reprovado**

De acordo: Cláudia L. S. Colzani:

Michelle Regine Anvers Cordeiro:

Márcia Cristina dos Santos Pereira:

Elaine Gropp

Farmacêutica-bioquímica

Coordenação do Laboratório Municipal de Joinville

Ana Cláudia Frantz Schuch
Responsável Técnica - CRF/SC 8216
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

Joinville, 03/10/2014.