



MEMORANDO SEI Nº 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0024998740, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospectos ou fichas técnicas ou imagens de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	PC	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Descarpack	De acordo	10330660036- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item ofertado é Luer Lock. No retorno, a empresa manifestou: "informo que

*nosso item é
modelo Luer
Lock."*

Proposta de
acordo com o
edital,
classificada.

Haverá a
necessidade de
apresentar
amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/03/2025, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025000985** e o código CRC **310FCC5F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0025000985v3