



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017590382/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de julho de 2023.

À SAPLCT

Em complemento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0017550873), encaminhamos 4ª parcial de análise das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
39	916930	CATETER PERIFERICO CURTO Nº 20	UNIDADE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BIOMASS	De acordo	81671049012- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, é referente a cateter sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, consta número diferente de registro vinculado aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 03/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, consta outro registro do apresentado pela empresa referente a cateteres com dispositivo de segurança.
41	19057	CATETER PERIFERICO CURTO Nº 22	UNIDADE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BIOMASS	De acordo	81671049012- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, é referente a cateter sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, consta número diferente de registro vinculado aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 03/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, consta outro registro do apresentado pela empresa referente a cateteres com dispositivo de segurança.
56	911571	DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330660274- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
58	916950	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21	UNIDADE	CSMED PRODUTOS MÉDICO-	BIOMASS	De acordo	81671040008- Registro vigente e	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa,	Proposta aprovada

		COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		HOSPITALARES LTDA			referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa			confirmado no portal da Anvisa	
59	916951	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MARCA: Escalpes FABRICANTE: MEDIX BRASIL	De acordo	80495510031- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a escalpe da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, consta diferente número de registros vinculados aos escalpes da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, apesar da proposta da empresa indicar descritivo de acordo com edital, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a escalpe sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, consta outro registro referente a escalpe com dispositivo de segurança.
60	916952	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MARCA: Escalpes FABRICANTE: MEDIX BRASIL	De acordo	80495510031- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a escalpe da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, consta diferente número de registros vinculados aos escalpes da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, apesar da proposta da empresa indicar descritivo de acordo com edital, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a escalpe sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, consta outro registro referente a escalpe com dispositivo de segurança.
67	909635	EQUIPO PARA PRESSAO VENOSA CENTRAL	PC	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570044- Registro vigente e referente a equipo de PVC, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
74	16329	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML)	UNIDADE	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	NUTRIMED	De acordo	10442360012- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
80	909701	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	PC	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	SR	De acordo	80026180002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada

84	917215	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA ICC COM AGULHA	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610013-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
85	910920	SERINGA DESCARTAVEL PERDA RESISTENCIA	PC	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	UNISIS	De acordo	10150470418-Registro na Anvisa vigente e referente a seringa perda resistência, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 22/05/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
90	909147	SERINGA DESCARTÁVEL IML SEM AGULHA	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	-----	-----	Proposta classificada
93	913324	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 10ML	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a seringa da marca SR sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados as seringas da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	-----	-----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a seringa sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a seringas com dispositivo de segurança.
103	18719	TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI	PEÇA	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	BIOMASS	De acordo	81671049005-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	A empresa indicou o mesmo descritivo do edital, porém, a princípio, parece tratar-se do mesmo produto ofertado para o item 104. Para garantir celeridade ao processo, antes do envio da amostra, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado é indicado para infusão sob pressão de no mínimo 2,9 PSI. Explicamos que o item será utilizado na hemodinâmica e caso não possua tal característica a amostra será reprovada. Caso a empresa confirme tal característica está apta a apresentar amostra.
104	909155	TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL	PC	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	BIOMASS	De acordo	81671049005-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta de acordo, apta a apresentar amostra

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/07/2023, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017590382** e o código CRC **555B79EE**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0017590382v3