

MEMORANDO SEI Nº 25425755/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **141/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25250095 segue análise técnica solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Descritivo da proposta de acordo com o edital? | 8.10 a- Registro ANVISA | 8.10.1- Prospe cto/ Ficha Técnica / Print de tela | Am ostr a | Parecer |
|------|---|--------------|--|-----------------|--|---|--|-----------|--|
| 1 | 909697 - CAL ABSORVEDORA DE CO2 CAL ABSORVEDORA DE CO2 = ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ANESTESIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE CO2. FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA E HERMETICAMENTE FECHADA COM 4,3 A 4,5 KG. | GAL | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ATRASORB PHARMA | Proposta descreve "embalagem lacrada e hermeticamente fechada com 5 litros"; edital exige "4,3 a 4,5kg". | 81045870003, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. Não deixa claro a exigência do edital: Fornecido em embalagem em lacrada e hermeticamente fechada com 4,3 a 4,5 kg. | ----- | Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital: 1. Fornecido em embalagem lacrada e hermeticamente fechada com 4,3 a 4,5 kg. |
| 8 | 910963 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.TAMANHO | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--------|-----------|---|-------------|-------|---|
| | 10,0 MM X 9,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA. | | EXPORTACAO LTDA | | | Portal ANVISA. | | | |
| 9 | 910964 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. TAMANHO 11,0 MM X 9,5 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA. | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 10 | 910965 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. TAMANHO 12,0 MM X 10,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA. | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 11 | 910223 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 03 C/MANDRIL CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº 03 , CONTENDO MANDRIL, CÂNULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 09,0 MM X 6,5 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E NUMERAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL. | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 12 | 910224 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 10,0 MM X 7,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL. | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 13 | 909531 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 05 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 05 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|-------------|-----------|---|-------------|-------|---|
| | EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 11,0 MM X 7,5 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL. | | AO EXPORTACAO LTDA | | | do no Portal ANVISA. | | | classificada . |
| 14 | 910226 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº06 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 06 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.12,0 MM X 8,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL. | PC | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | FRADEL | De acordo | 80039960001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 15 | 919919 - CANULA ENDOTRAQUEAL N 2.0 SEM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, NUMERACAO VISIVEL NA PARTE EXTERNA LINHA DE REFERENCIA E PROFUNDIDADE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020103, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 16 | 919920 - CANULA ENDOTRAQUEAL N 2.5 SEM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, NUMERACAO VISIVEL NA PARTE EXTERNA LINHA DE REFERENCIA E PROFUNDIDADE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020103, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|-------------|-----------|---|-------------|------------|---|
| | IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | | | | | | | | |
| 1 7 | 916921 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020075, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 1 8 | 918290 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020075, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--|-------------|-----------|---|-------------|---|
| | MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | | | | | | | |
| 19 | 919333 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 C/ BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020075, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 20 | 911190 - CANULA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 4,5 BAIXA PRESSAO CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº 4,5, BAIXA PRESSÃO = MATERIAL: PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE · SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DE LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PC | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | BCI MEDICAL | De acordo | 10297020075, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - Proposta de acordo com o edital, classificada . |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|----------------------------------|-------|-----------|---|-------------|------------|---|
| 2 1 | <p>917468 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p> | UNID | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 2 2 | <p>916922 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S. /ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p> | UNID | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| | <p>916923 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSENSIVEL, LINHA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|-------|----------------------|---|------------|-------|---|
| 2 3 | <p>RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M. S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p> | UNID | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 2 4 | <p>916924 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p> | UNID | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo80495510045 | 80495510045, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| | <p>916926 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE,</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|-------|-----------|---|------------|------------|---|
| 2 5 | FLEXIVEL, LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGITRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 2 6 | 917469 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGITRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 2 7 | 916925 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, | UNID | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, registro ativo, confirmado no | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|------------|-----------|---|---|------------|--|
| | EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | | | | | Portal ANVISA. | | | |
| 28 | 912545 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 6,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 6,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, Norte e SUL; edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 6,5 mm. | ----- - | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 6,5 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 29 | 912546 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 7,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 7,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, Norte e SUL; edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 7,0 mm. | ----- - | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 7,0 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| | 912547 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 7,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 7,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM | | COTACAO COM | | | 10296900101, | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, | | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|------------|-----------|---|---|-------|--|
| 30 | BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | PC | REPRESNTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Norte e SUL; edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 7,5 mm. | ----- | endotraqueal polar norte tamanho 7,5 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 31 | 912548 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 8,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 8,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige cânula endotraqueal polar norte tamanho 8,0 mm. | ----- | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar norte tamanho 8,0 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 32 | 912540 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 7,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 7,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige cânula endotraqueal polar sul tamanho 7,0 mm. | ----- | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar sul tamanho 7,0 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 33 | 912541 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 7,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 7,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital | ----- | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar sul |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|--|------------|-----------|---|--|--|
| | LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA. | | AO EXPORTAÇÃO LTDA | | | do no Portal ANVISA. | exige cânula endotraqueal polar sul tamanho 7,5 mm. | tamanho 7,5 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 3 4 | 912542 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 8,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 8,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL;; edital exige cânula endotraqueal polar sul tamanho 8,0 mm. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar sul tamanho 8,0 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 3 5 | 912543 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 8,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 8,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA. | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL;; edital exige cânula endotraqueal polar sul tamanho 8,5 mm. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar sul tamanho 8,5 mm. A proposta indica descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 3 6 | 912539 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 6,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 6,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA | PC | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VITAL GOLD | De acordo | 10296900101, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; edital exige cânula endotraqueal | O prospecto apresenta dois modelos de cânula, polar Norte e SUL; o edital exige Cânula endotraqueal polar sul tamanho 6,5 mm. A proposta indica |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|-----------|-----------|---|------------|--|
| | ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA. | | | | | polar sul tamanho 6,5 mm. | | descritivo de acordo com o edital. Proposta classificada . |
| 37 | 917471 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMOSSENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGITRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510045, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 38 | 3612 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 6,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 6,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | Unidade | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITALGOLD | De acordo | 10296900163, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| | 3613 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,0 BAIXA | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--|-----------|-----------|---|------------|------------|---|
| 3 9 | <p>PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | Unidade | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MEDIX | De acordo | 80495510047, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 4 0 | <p>3614 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | Unidade | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITALGOLD | De acordo | 10296900163, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 4 1 | <p>3615 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE</p> | Unidade | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITALGOLD | De acordo | 10296900163, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|---|
| | FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | | | | | | | | |
| 4 2 | 3616 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | Unidade | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VITALGOLD | De acordo | 1029690 0163, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 4 4 | 910475 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VITALGOLD | De acordo | 1029690 0163, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- - | Proposta de acordo com o edital, classificada . |
| 4 | 910923 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE | | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA | | | 1029690 0163, registro ativo, | Apresentou | ----- | Proposta de acordo com o |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--|------------------|-----------|--|-------------|-------|--|
| 5 | BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | E COMERCIO LTDA | VITALGOLD | De acordo | confirma do no Portal ANVISA. | tou | - | edita, classificada . |
| 4 6 | 912968 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA AJUSTAVEL, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | REF.: GC8041D070 | De acordo | 10150470606, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA. | Apresen tou | ----- | Proposta de acordo com o edita, classificada . |
| 4 7 | 909761 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 8.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM | PC | GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | REF.: GC8041D080 | De acordo | 10150470606, registro ativo, confirma do no Portal ANVISA. | Apresen tou | ----- | Proposta de acordo com o edita, classificada . |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|------------------|-----------|--|--|--|
| | UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | | | | | | | |
| 4 8 | 909762 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 9.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | REF.: GC8041D090 | De acordo | 10150470606, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | ----- Proposta de acordo com o edital, classificada. |
| 4 9 | 916936 - CATETER PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO MODELO ADULTO, EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MININA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | UNID | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | BIOSANI | De acordo | 8028600007, registro ativo para calibres nº 08 e 10; edital exige nº 12. | Apresentou. Prospecto descreve e nº 08 e nº 10. | ----- O edital exige calibre 12, porém, o registro Anvisa e o prospecto apresentado é referente a cateter tipo óculos 08 e 10. Para contibuidad e na análise, solicitamos que a empresa apresente: 1- O registro Anvisa referente a cateter calibre 12; 2- A ficha técnica referente a |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|------------------------------------|----------------------------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | | | cateter calibre 12; |
| 54 | 25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUCOES DE USO. | Unidade | RS DISTRIBUI DORA HOSPITALA R LTDA | RS MED MAXX CHAMBER ADULTO | De acordo | 8047075 0004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Todas as peças devem suportar desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). | EXIGE 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Todas as peças devem suportar desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar amostras. |
| 55 | 44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO. | Unidade | RS DISTRIBUI DORA HOSPITALA R LTDA | RS MED MAXX CHAMBERA DULTO | De acordo | 8047075 0004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Máscara adulto macia com medidas | EXIGE 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Máscara adulto macia com medidas mínimas de 12 x 8 cm. |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | mínimas de 12 x 8 cm. | Haverá a necessidade e de apresentar amostras. |
| 5 6 | 917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO | UNID | RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | RS MED MAXX CHAMBERI INFANTIL | De acordo | 80470750002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Volume 150 a 250 ml; 2. Acompanha máscara infantil em PVC atóxica e macia. | Para continuidade e na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Volume 150 a 250 ml; 2. Acompanha máscara infantil em PVC atóxica e macia. Haverá a necessidade e de apresentar amostras. |

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 12/05/2025, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25425755** e o código CRC **4F84FC9A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25425755v3