



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017614339/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 11 de julho de 2023.

À SAP.LCT

Encaminhamos a análise técnica da proposta já analisadas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
57	22765	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495519016- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
59	916951	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	BIOMASS	A empresa indicou descritivo resumido no item e o tamanho exigido no edital. Na consulta ao portal da Anvisa confirma-se que trata-se de escalpe com dispositivo de segurança e que possui as características exigidas no edital. De acordo	81671040008- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa.	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
60	916952	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	BIOMASS	A empresa indicou descritivo resumido no item e o tamanho exigido no edital. Na consulta ao portal da Anvisa confirma-se que trata-se	81671040008- Registro vigente e referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa.	Não se aplica	Válido até 19/07/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada

					de escalpe com dispositivo de segurança e que possui as características exigidas no edital. De acordo					
76	25698	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Vitalgold	De acordo	10296900113- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos; desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos:  1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?  2- O item ofertado possui 4 (quatro tampas)?  Caso a empresa confirme as informações está apta a apresentar amostra
77	25698	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	De acordo	80495510051- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 13/02/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na

									<p>Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos; desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos:</p> <p>1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?</p> <p>2- O item ofertado possui 4 (quatro tampas)?</p> <p>Caso a empresa confirme as informações está apta a apresentar amostra</p>	
86	913322	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	SR	De acordo	80026180052- Registro vigente e referente a seringas com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 04/01/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2023, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017614339** e o código CRC **182E23E1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.077252-8

0017614339v8