

MEMORANDO SEI Nº 28011306/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: informações acerca das amostras em análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para Infusão

Em atenção à Convocação SEI nº 27807834 e 27781624, seguem as informações das amostras recebidas nesta Secretaria da Saúde:

Empresa	Itens	Prazo máximo para a entrega	Informação
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6 e 7	15/12/2025	Amostra recebida em 11/12/2025, conforme SEI nº 27829732. Em análise técnica.
ASLI COMERCIAL LTDA	14	15/12/2025	Amostra recebida em 11/12/2025, conforme SEI nº 27829203. Amostra aprovada conforme SEI nº 27932954
ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22	15/12/2025	Amostra recebida em 15/12/2025, conforme SEI nº 27863950. Em análise técnica.
VOLARE COMERCIO LTDA	31	15/12/2025	Amostra recebida em 15/12/2025, conforme SEI nº 27870270. Em análise técnica.
UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	35 e 36	15/12/2025	Amostra não recebida.
UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	37	15/12/2025	Amostra recebida em 12/12/2025, conforme SEI nº 27846316. Em análise técnica.
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	38	15/12/2025	Amostra não recebida.
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8, 10, 12	17/12/2025	Amostras recebidas conforme SEI nº 27891285 (item 8 em 16/12/2025) e 28011243 (itens 10 e 12 em 17/12/2025). Em análise técnica.
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16	17/12/2025	Amostra não recebida.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/01/2026, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28011306** e o código CRC **9CAEE546**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28011306v8

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025

ITEM:14

42818 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G, MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL, IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ASLI COMERCIAL LTDA

MARCA: HARSORIA HEALCATH SUPER 24G X 14MM (03246510EI)

LOTE: 31406/0872

REGISTRO (ANVISA): 81325990037

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *as punções o dispositivo desliga perfeitamente, refluxo non quinto fácil de visualizar*

Adequada Inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 19 / 12 / 25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Cristina Rodrigues
Enfermeira
COREN/SC 469.141

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 22

911121 - CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20CM CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20 CM PARA PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

FORNECEDOR: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca: BIOMEDICAL

LOTE: 45873

REGISTRO (ANVISA): 10196320070

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____


Adequada Inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *faz se faz uso desti material marca / modelo,
nesta instituição.*

DATA: 05/01/2026


Giovana Pezzi
Enfermeira
COREN/SC 85414

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO
FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 436/2025.

ITEM: 31

10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFORANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS. PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Principal

FORNECEDOR: VOLARE COMERCIO LTDA

Marca: M2LIFE

LOTE: 10082025

REGISTRO (ANVISA): 81911939046

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: já se faz uso desti material marca / modelo,
nesta instituição.

Giovanna Pezzi
Enfermeira
COREN/SC 85414

DATA: 05/01/2026

INFORMAÇÃO SEI Nº 27929456/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de dezembro de 2025.

Em complemento ao Memorando (SEI nº 27891909), registra-se o recebimento das amostras dos itens 36 e 36 da empresa Uniao Sul Comercial de Artigos da Saude Ltda, conforme documento SEI nº 27929380, no entanto, fora do prazo estipulado na Convocação (SEI nº 27781624).



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/12/2025, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27929456** e o código CRC **FC74086D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27929456v3

UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
CNPJ: 33.851.567.0001-20 IE: 963775243
Av. Juca Batista, 1231 sala 202, Ipanema
Porto Alegre/RS - CEP 91770-001
Tel.: (51) 3907-6200
uniao@uniaosulcomercial.com.br

AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

EDITAL N° 90436/2025
UASG N° 453230

OBJETO: "INFUSOR 2 VIAS"

Com referência ao Edital acima descrito, segue a amostra do item a seguir:

Item	Descrição	Quantidade
35/36	<p>Infusor 2 vias com clamp com conector Distal luer lock possuir 2 conectores Luerlock fêmea universais com tampas, Tubo flexível e transparente em pvc de No mínimo 6 cm de comprimento; 2 Clamps corta fluxo, um conector luerlock Macho universal com protetor.</p> <p>Estéril, embalado individualmente em Papel grau cirúrgico e filme Termoplástico, contendo os dados Impressos de identificação, lote data De fabricação validade e registro no Ministério da saúde</p> <p>Marca: BIOSANI Modelo: INFUSOR 2 VIAS Fabricante: BIOSANI Apresentação: CAIXA COM 400 UNIDADES RMS: 8.02860.0.0040</p>	4 unidades

Porto Alegre, 09 de Dezembro de 202

União Sul Comercial de Artigos da Saúde Ltda.
Doglas Ribeiro (Diretor)
CPF 026.509.260-40
RG 1103318943