

ANÁLISE SEI Nº 26473444/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **71/2025**

ITEM 39/40 - 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.
FORNECEDOR	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA
MARCA	JCARE
REGISTRO ANVISA	82305950002
LOTE	A25004
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

AValiação TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE: CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL

AMOSTRA NÃO É EM PROPILENO TRILAMINADO IMPERMEÁVEL.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2025, às 07:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26473444** e o código CRC **09DAD6DC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26473444v3