



MEMORANDO SEI Nº 27061975/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27060135, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a Registrada	Model o (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital ?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostr as	Parecer
2	Exclusivo	910921 - AGULHA DESC PERIDURAL Nº17 C/MANDRIL E CANHAO AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL NR 17, BISEL TIPO TUOHY,MARCA CAO EM CENTIMETRO	PC	MEDIC STOK COM ERCIO DE PROD UTOS MEDICOS HOSP ITALARES LTDA	PROCARE	---	De acordo	10369460146 - Registro válido até 19/12/2035. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui marcação em centímetros.

		S PARA CONTROLE DE PROFUNDIDA DE E COMPRIMEN TO. EMPUNHADU RA ANATOMICA. ESTERIL, ATOXICA E APIROGENIC A. EMBALADA INDIVIDUAL MENTE, CONTENDO N. DE LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSAVE L TECNICO.									No retorno a empresa enviou o document o anexo SEI nº 27057 160. Proposta de acordo com o edital, classifica da.
23	Excl usiv o	909503 - AGULHA PARA FISTULA 17G AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CALIBRE 17G ,CONSTITUID A DE CANULA DE ACO, ASA, SILICONIZAD A, TUBO EXTENSOR DE PAREDE FINA, CONECTOR LUER LOCK, PINCA PARA INTERROMPE R FLUXO E TAMPA.DISPO SITIVO DE SEGURANCA PARA ENCAPSULA MENTO TOTAL DA AGULHA EM ATENDIMENT O A NR.32.	PC	MEDI C STOC K COM ERCI O DE PROD UTOS MEDI COS HOSP ITAL ARES LTDA	FORT E CAR E	---	De acordo	8046391004 1 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprese ntou.	---	Na análise prelimina r, foi solicitado que a empresa confirma sse que o item ofertado possui cânula de aço, que o item ofertado possui cânula siliconiza da, que o item ofertado possui asa, que o item ofertado possui tubo extensor de parede fina, que o item ofertado possui

		EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA FABRICACAO, PRAZO VALIDADE, NUMERO LOTE E REGISTROS.									conector luer lock, que o item ofertado possui pinça para interromper fluxo e que o o item ofertado possui dispositivo de segurança.
											No retorno a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27057160.
											Proposta de acordo com o edital, classificada.
36	Exclusivo	910210 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	---	De acordo.	80288099003 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui conector luer lock e que o item ofertado possui 120 cm

		O, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									de extensão. No retorno, a empresa informou : "(...) O conector proximal é rotativo, ou seja slip/lock em uma única peça. Extensor 120cm." Proposta de cordo com o edital, classifica da.
37	Exclusivo	909130 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSÃO DE 1 VIA COM 60 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	---	De acordo .	80288099003 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui conector luer lock e que o item ofertado possui 60 cm de extensão. No retorno a empresa informou : "(...) O

		DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								conector proximal é rotativo, ou seja slip/lock em uma única peça. Extensor 60cm."
										Proposta de acordo com o edital, classificada.
40	Exclusivo	913546 - PERFUSORES DE INFUSAO CONTINUA PERFUSORES DE INFUSAO CONTINUA TAMANHO 120 CM DIAMETRO APROX 0,2 - 0,3CM. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MP	16017	De acordo.	80305560069 - Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Aparentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui entre 0,2 e 0,3 cm de diâmetro. No retorno a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27052391. Proposta de acordo com o edital, classificada.

41	Exclusivo	911908 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM ROSCA - PARA QUIMIOTERAPIA SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM ROSCA - FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTE SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK (COM ROSCA). FACIL LEITURA DE DOSAGENS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTANCIAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E	PC	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário, Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. E também que confirmasse que o item ofertado possui bico com rosca, conforme exigência do edital. No retorno a empresa informou: " <i>(...) Sim, nosso produto possui bico com rosca.</i> " Não houve manifestação da empresa sobre a
----	-----------	--	----	---------------------------------------	----	-----	-----------	---	-------------	-----	---

		RESPONSÁVEL TÉCNICO.							confirmação de que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Solicitamos que a empresa confirme que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Caso não haja a confirmação da empresa, a proposta será reprovada.
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

43	Excl usiv o 25%	909701 - SERINGA DESCARTAVE L 20ML SERINGA DESCARTAVE L 20ML - FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZAD A E EMBALADA INDIVIDUAL MENTE (EMBALAGE M EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTE SUA ESTERILIZAC AO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO SLIP (SEM ROSCA). FACIL LEITURA DE DOSAGENS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTANCIA S. IDENTIFICAC AO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVE L TECNICO. Cota Reservada até 25%	PC	ATLA NTIC O BC PROD UTOS PARA SAUD E LTDA	SR	---	De acordo .	8002618002 9 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhiment o: Voluntário, Comercializ ação, Distribuição , Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprese ntou.	---	Na análise prelimina r, foi solicitado que a empresa confirma sse que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA . E também que confirma sse que o item ofertado possui bico com rosca, conforme exigência do edital. No retorno a empresa informou : " (...) Sim, nosso produto possui bico luer slip sem rosca." Não houve manifesta ção da empresa
----	--------------------------	---	----	---	----	-----	-------------------	---	-----------------	-----	---

											sobre a confirmação de que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Solicitamos que a empresa confirme que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Caso não haja a confirmação da empresa, a proposta será reprovada.
44	Exclusivo	913020 - SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO SLIP LATERAL SERINGA DESCARTAVE	PC	TORRE FORT E ATACADO E VARE	MEDIX	---	De acordo.	80495519018 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirme

		L 60 ML BICO SLIP LATERAL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, COM ANEL DE RETENCAO, ESCALA GRADUADA COM ALTO GRAU DE PRECISAO,TRACOS E NUMEROS LEGIVEIS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA VALIDADE, RESPONSABLE TECNICO E REGISTRO ANVISA.		JO LTDA							sse que o item ofertado possui bico luer slip lateral. No retorno, a empresa informou : "(...) <i>sim nossa seringa possui bico na lateral.</i> " Proposta de acordo com o edital, classificada.
45	Normal	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACOMORTO,	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	10160610013 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. Medida cautelar ativa - Suspensão: Importação, Uso, Distribuição , Comercialização, Propaganda - lote 4322/22.	Aprezentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa informasse qual é o registro da ANVISA do item ofertado. No retorno, a empresa informou : " <i>(...) Confirmando a informação: Seringa</i>

SILICONIZADA,
GRADUACAO
EXATA DE 2
EM 2
UNIDADES,
NITIDA E
PERMANENTE,
EMBOLO
DE CORTE
RETO COM
BORRACHA
DE AJUSTE E
VEDACAO,
DESLIZANTE,
CORPO
TRANSLUCIDO,
ESTERIL,
CONTENDO
DADOS DE
IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA,
FABRICACAO,
LOTE,
VALIDADE,
ISENCAO/REGISTRO NO
M.S./ANVISA.
VALIDADE
MINIMA 20
MESES APOS
EMISSAO DA
NF DE
ENTREGA.
EMBALAGEM
SEGURA
PARA
ARMAZENAMENTO. Cota
Principal

bico slip,
RMS
1016061
0013,
conforme
registro e
ficha
técnica
com foto
já
enviadas.
", segue
Proposta
Comercial
1
Adequada -
INJEX
(2704716
5) com o
RMS
1016061
0013.

Considerando que o registro ANVISA 10160610013, possui medida cautelar ativa com suspensão de importação, uso, distribuição, comercialização e propaganda para o lote 4322/22, a aprovação da proposta está condicionada a confirmação da empresa

											de que não serão entregues produtos do lote 4322/22 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA.
47	Exclusivo	910920 - SERINGA DESCARTAVEL PERDA RESISTENCIA PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA UTILIZADA EM ANESTESIA, LUER LOCK, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VOLUME DE 10 ML.	PC	TORRE FORT E ATACADO E VAREJO LTDA	UNIS	---	De acordo.	10150470418 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aparentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui bico luer lock e que o item ofertado possui graduação de 10ml. No retorno, a empresa informou: "(...) conforme consta na parte de descrição de produto dentro da ficha técnica, sim possui."

										Proposta de acordo com o edital, classificada.
48	Normal	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA	PC	ALTERNATIVE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SR	---	De acordo.	81391540010 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado tem volume de 3ml e que o item ofertado possui bico luer lock. No retorno a empresa informou: " <i>Sim, confirmamos volume 3 ml e bico Luer Lock.</i> " Proposta de acordo com o edital, classificada.

		UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. Cota Principal									
49	Exclusivo 25%	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML,FABRICA	PC	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo .	81391540010 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado tem volume de 3ml e que o item ofertado possui

DA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZAD A E EMBALADA INDIVIDUAL MENTE (EMBALAGE M EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZAC AO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENT O A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICAC	bico luer lock. No retorno a empresa informou : " (...) <i>Sim!</i> <i>a seringa</i> <i>3 ml é</i> <i>Luer</i> <i>Lock.</i> " Proposta de acordo com o edital, classifica da.
--	--

		AO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVE L TECNICO. Cota Reservada até 25%									
51	Excl usiv o 25%	913323 - SERINGA DESCARTAVE L COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML SERINGA DESCARTAVE L COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML,FABRICA DA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZAD A E EMBALADA INDIVIDUAL MENTE (EMBALAGE M EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZAC AO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS,	PC	BLU MEDI CA PROD UTOS MEDI COS E CIRU RGIC OS LTDA	SR	---	De acordo	8139154001 0 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprese ntou	---	Na análise prelimina r, foi solicitado que a empresa confirma sse que o item ofertado tem volume de 5ml e que o item ofertado possui bico luer lock. No retorno, a empresa informou : "(...) a seringa 5 ml o bico é Luer Lock." Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SEND O A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENT O A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICAC AO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVE L TECNICO. Cota Reservada até 25%									
52	Excl usiv o	909147 - SERINGA DESCARTÁVE L 1ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVE L 1ML COM ALTO GRAU DE PRECISAO, TRAÇOS E	PC	BLU MEDI CA PROD UTOS MEDI COS E CIRU RGIC OS LTDA	SR	---	De acordo .	8002618002 5 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprese ntou	---	Na análise prelimina r, foi solicitado que a empresa confirma sse que o item ofertado possui

		NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS, LEGÍVES E ISENTOS DE FALHAS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRAÇOS LONGOS A CADA 10 U.I., ENCAIXE TIPO LUER SLIP, COM TINTA ATÓXICA AZUL OU PRETA. IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL DA SERINGA EM ML, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO , DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									bico luer slip. No retorno, a empresa informou : "(...) A seringa de 1 ml que estamos ofertando o bico é Slip." e "Confirmando, o bico é Luer Slip." Proposta de acordo com o edital, classificada.
53	Exclusivo	10847 - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 CC, BICO	Unidade	TORRE FORT E ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	---	De acordo .	80495519018 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item

		UNIVERSAL, SEM AGULHA, COM ROSCA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA.								ofertado possui bico com rosca (luer lock). No retorno, a empresa informou : " (...) nossa seringa e sim com rosca (...)." Proposta de acordo com o edital, classificada.	
56	Exclusivo	917190 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 ML, BICO PARA CATETER/SONDA, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA NITIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO (BORRACHA),	PC	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo .	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário, Comercialização, Distribuição , Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Aprezentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA

DESLIZANTE,
COM
VEDACAO,
CORPO
TRANSLUCID
O, ESTERIL,
EMBALAGEM
UNITARIA EM
PAPEL GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
DADOS DE
IDENTIFICAC
AO,
PROCEDENCI
A,
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE E
ISENCAO/REG
ISTRO NO
M.S./ANVISA.
VALIDADE
MINIMA 20
MESES APOS
EMISSAO DA
NF DE
ENTREGA .
EMBALAGEM
SEGURA
PARA
ARMAZENAM
ENTO.

. E
também
que
confirma
sse que o
item
ofertado
possui
bico para
cateter/so
nda,
conforme
exigência
do edital.

No
retorno a
empresa
informou
: "
(...) *sim*
nosso
produto
possui
bico
cateter/so
nda."

Não
houve
manifesta
ção da
empresa
sobre a
confirma
ção de
que não
serão
entregues
produtos
do lote
H901 ou
de outro
lote que
venha a
sofrer
medida
cautelar
pela
ANVISA
.

											Solicitamos que a empresa confirme que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Caso não haja a confirmação da empresa, a proposta será reprovada.
57	Exclusivo	25048 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML LUER LOCK SEM AGULHA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 ML, LUER LOCK (COM ROSCA), GRADUACAO EXATA NITIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO (BORRACHA), DESLIZANTE, COM VEDACAO, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU	Unidade	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário, Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirme que não serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. E também que confirme que o item

CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
DADOS DE
IDENTIFICAC
AO,
PROCEDENCI
A,
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE E
REGISTRO NO
M.S./ANVISA.
VALIDADE
MINIMA 12
MESES APOS
EMISSAO DA
NF DE
ENTREGA.
EMBALAGEM
SEGURA
PARA
ARMAZENAM
ENTO.

ofertado
possui
bico luer
lock
(com
rosca),
conforme
exigência
do edital.

No
retorno a
empresa
informou
: "
(...) *Sim.*
Nosso
produto
possui
bico luer
lock com
rosca."

Não
houve
manifesta
ção da
empresa
sobre a
confirma
ção de
que não
serão
entregues
produtos
do lote
H901 ou
de outro
lote que
venha a
sofrer
medida
cautelar
pela
ANVISA
.

Solicitam
os que a
empresa
confirme
que não

											serão entregues produtos do lote H901 ou de outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Caso não haja a confirmação da empresa, a proposta será reprovada.
62	Exclusivo	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	TORRE FORT E ATACADO E VAREJO LTDA	BIOBASE	---	De acordo.	80212340025 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui conector macho/fêmea. No retorno a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27057242. Analisando a documentação enviada, verifica-

											se que o item ofertado possui o conector luer lock fêmea.
											Proposta reprovada por não atender na íntegra o descritivo exigido no edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 08/10/2025, às 08:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27061975** e o código CRC **E0EBC89F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27061975v24