



MEMORANDO SEI Nº 30810690/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 08 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30807099 segue as análises solicitadas:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
	40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE , FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	UNID	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH	DE ACORDO	10299940016, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026	Apresentou o prospecto com descrição resumida do item. Ofertando o item em "Polietileno de baixa densidade não citando a sua rigidez;" O edital exige que seja fabricado a partir de "Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez." Não deixa claro as exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez;	-----	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento das seguintes exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40°. No retorno, a empresa Medlife Dispositivos Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30807069; Apesar da declaração da empresa do atendimento integral ao descritivo do edital, em revisão à documentação técnica apresentada, verifica-se a informação "Polietileno de baixa densidade" que contraria o exigido no edital - Polietileno de alta densidade.

								2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40°.		Para a finalização da análise, solicitamos que a empresa documentação comprobatória de que o item ofertado é confeccionado em polietileno de alta densidade (aceita-se declaração do fabricante/detentor do registro na Anvisa).
41		4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	UNID	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEDTECH	DE ACORDO	10299940013, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026	Apresentou o prospecto com descrição resumida do item. Ofertando o item em "Polietileno de baixa densidade não citando a sua rigidez;" O edital exige que seja fabricado a partir de "Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez." Não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40°. 3- Canal Central de Aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio;		Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento das seguintes exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40°. No retorno, a empresa declarou: "Boa tarde Sr. Pregoeiro, informamos que nosso material atende sim a todos os apontamentos". Apesar da declaração da empresa do atendimento integral ao descritivo do edital, em revisão à documentação técnica apresentada, verifica-se a informação "Polietileno de baixa densidade" que contraria o exigido no edital - Polietileno de alta densidade. Para a finalização da análise, solicitamos a empresa documentação comprobatória de que o item ofertado é confeccionado em polietileno de alta densidade (aceita-se declaração do fabricante/detentor do registro na Anvisa)

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 08/09/2026, às 08:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30810690** e o código CRC **D118CD28**.

