



MEMORANDO SEI Nº 27232542/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 142/2025
Objeto: Aquisição de Materiais para o Serviço de Terapia Ocupacional e Materiais de Imobilização de uso pré-hospitalar

Em atenção ao documento SEI nº 27232188 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	25580 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL PARA KINESIOTAPING CONFECCIONADA EM ALGODÃO E ELASTANO, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, SEM MEDICAMENTO, TRANSPIRANTE, RESISTENTE A ÁGUA; COM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO-PREJUDICIAL À PELE; ELASTICIDADE DE 30 A 40 %; FORNECIDO EM ROLO COM A SEGUINTE MEDIDA EM REPOUSO: COMPRIMENTO 500 CM X LARGURA 5 CM. APRESENTAR ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA	Evo Tape all/Lupmed	4 Apresentou descrição resumida do item.	80718470039, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Elasticidade de 30 a 40%; 2. Sem medicamento.

								Resposta da diligência realizada: "...a empresa LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: <i>Sr Pregoeiro, Toda bandagem funcional para Kinesiotaping, incluindo a Evo Tape 4ALL que foi ofertada nessa licitação, não possui medicamento e tem uma elasticidade de 30% a 40%. O item ofertado atende as exigências do Edital. Caso necessário, estamos disponíveis para enviar amostras".</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
2	26524 - FECHO DE CONTATO (VELCRO) FÊMEA E MACHO COM ADESIVO 50 MM FECHO DE CONTATO COM ADESIVO, TIPO VELCRO COM O LADO FÊMEA E LADO MACHO; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.COR PRETA OU BEGE; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.MEDIDAS: ESPESSURA 50 MM; COMPRIMENTO: 25 METROS.	Rolo	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MARCA PROPRIAc REF:KH05/ KH06	De acordo	Isento	Apresentou	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que os termos "fecho de contato gancho" e "fecho de contato argola" descritos no prospecto apresentado se referem ao mesmo tipo de fecho exigido em edital "fecho fêmea" e "fecho macho". Resposta da diligência realizada: "...a empresa ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA manifestou-se via chat conforme

								transcrição a seguir:... <i>Verifiquei com a equipe técnica e me informaram que a descrição seria equivalente sim!...</i> Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27231893."
								Proposta de acordo com o edital, classificada.
8	25581 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 3,2 MM MOLDÁVEL ENTRE 70°C E 75°C. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 3,2 MM (ESPESSURA)X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFURADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Orfit Industries NV	De acordo	81191340007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, com diversos modelos.	Parecer prévio: Na proposta a empresa descreveu registro ANVISA 81191340007 com alguns modelos do item e no prospecto consta o registro ANVISA 80271810055 com outros modelos do item. Para continuidade da análise é necessário que a empresa especifique qual modelo ofertado e qual o registro ANVISA correspondente. Resposta da diligência realizada: "...a empresa EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: <u>Participante:</u> <i>Prezados, bom dia, foi verificado junto ao</i>

								nosso fabricante e nosso especialista de produto, houve erro de digitação no momento da formalização do documento, estamos enviando em anexo o documento corrigido. Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27231909." Na documentação apresentada existem vários modelos do item. Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual é o modelo ofertado.
14	25033 - COLETE PUTTI ALTO - TAMANHOS P/ M/ G/ GG - TAMANHOS P/ M/ G/ GG CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE (POLIÉSTER E ELASTODIENO), REFORÇO LATERAL, QUATRO BARBATANAS / HASTES FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO OU DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P/ M/ G/ GG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MARCA PROPRIA REF:AC608	De acordo	80223340035, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Quatro barbatanas / hastes flexíveis em alumínio ou duralumínio; 2. Fechos em velcro. Resposta da diligência realizada: "...a empresa ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA apresentou documentação em diligência, conforme

								documento SEI nº 27231925."
								Proposta de acordo com o edital, classificada.
16	42356 - APOIO ANTI-EQUINO DISPOSITIVO PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO EM USUÁRIOS COM SEQUELA DE AVC, PARALISIA DE NERVOS PERIFÉRICOS E PARALISIA CEREBRAL QUE POSSUEM PÉ(S) "EQUINO(S)", AJUSTANDO O PÉ DO PACIENTE À POSIÇÃO ANATÔMICA. CONFECCIONADO EM ELÁSTICO COM SUPORTE DE LÁTEX, PASSANTES EM METAL E FECHOS ADERENTES. TAMANHOS P/ M/ G, CONFORME MEDIDAS PADRÃO DO FABRICANTE. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	Unidade	VITALLI COMERCIO IMPORTACAO LTDA	E	DILEPE MODELO/VER SÃO: DL021	De acordo	80018110070, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital que não foram encontradas no prospecto apresentado: 1. Com passantes em metal. Resposta da diligência realizada: "...a empresa VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: <u>Participante:</u> Bom dia , confirmamos a informacao a respeito do passador em metal conforme link a seguir https://www.dilepe.com.br/produtos/dl021/ Iremos anexar o print da pagina Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27231953." Proposta de acordo com o edital, classificada.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - n) Comprovação da autorização de	9.6 - m) Alvará Sanitário	Parecer
------	------------------	-----------------	------------	---	------------------------------	---------

				funcionamento de empresa (AFE)		
15	25034 - COLETE PUTTI BAIXO - TAMANHOS P/ M/ G/ GG CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE (POLIÉSTER E ELASTODIENO), REFORÇO LATERAL, QUATRO BARBATANAS / HASTES FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO OU DURALUMÍNIO, FECHOS EM VELCRO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P/ M/ G/ GG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos) - de acordo.	Válido até 30/01/2026 - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
18	11563 - COLAR CERVICAL CONJUNTO DE COLAR CERVICAL COM OS TAMANHOS PP, P, M, G E GG. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO PARA ABERTURA, TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL.	Conjunto	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos) - de acordo.	Válido até 30/01/2026 - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
20	1667 - PRANCHA RÍGIDA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, PARA TRASPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES, COM ABERTURAS PARA UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG, PARA RESGATE, IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES, POSSIBILITANDO O RESGATE NA ÁGUA; TRANSLÚCIDA PARA USO EM RX, COMPRIMENTO MÍNIMO 180 CM, LARGURA MÍNIMA 44 CM, PESO MÁXIMO 9 KG	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos) - de acordo.	Válido até 30/01/2026 - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 21/10/2025, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27232542** e o código CRC **9F88242E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br